



**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO  
TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych  
SR/XV-270-29-SS/20**

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych.

**PYTANIE:**

1. Dotyczy kryteriów oceny ofert: Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka: „*Maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach wszystkich ocenianych parametrów urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wynosi: 39 pkt w ramach pakietu nr 1 i 41 pkt w ramach pakietu nr 2.*” Czy nie powinno być: 73 pkt w ramach pakietu nr 1 i 37 pkt w ramach pakietu nr 2?
2. Dotyczy kryteriów oceny ofert: Według ogłoszenia nr 575005-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. cena stanowi 100% w kryteriach oceny ofert, natomiast według SIWZ 60%. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał oferty.
3. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r.:

„*PAKIET NR 2*

*OSOBISTE POMPY INSULINOWE DLA DOROSŁYCH – 5 sztuk*

*1. Do punktu 16 (Kalkulator bolusa). Czy Zamawiający dopuści kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz określenia ilości spożywanych węglowodanów jedynie jako gramy?*

*Ad. 1. Nie.”*

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca oferujący kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz określenia ilości spożywanych węglowodanów jedynie jako gramy spełnia wymagania Zamawiającego i jest w stanie złożyć ofertą zgodną z SIWZ, ale w kryterium opisanym w punkcie nr 16 otrzyma 0 pkt czy nie spełnia wymagań bezwzględnych Zamawiającego i tym samym nie jest w stanie złożyć oferty nie podlegającej odrzuceniu?

**ODPOWIEDŹ:**

Ad. 1. Zamawiający omyłkowo podał złą ilość punktów w specyfikacji. Prawidłowa ilość to 74 pkt w ramach pakietu nr 1 i 41 pkt w ramach pakietu nr 2. Zamawiający poprawione druki specyfikacji technicznej zamieści na stronie internetowej.

Ad. 2. Kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną.

Ad. 3. Spełnia i może złożyć ofertę.

**UWAGA.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.08.2020 r. Składanie ofert do godz. 09:45; otwarcie ofert o godz. 10:00.**