

Poznań, dnia 13.10.2020 r.

SR/XV-270-32(11)-EFK/20

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-32-EFK/20

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 10

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

### ZESTAW PYTAŃ 1:

#### **Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1**


Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający) będącego czujnikiem jednopacjentowym do pomiaru saturacji, pracującym w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanym cyfrowo, bez zapisu historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, rozpoznawanym jako czujnik <3 i >40 kg tj. MAX-N, współpracującym ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ (<3 i >40 kg), posiadający w integralnym opakowaniu dodatkowy plaster do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów czy lateksu. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu Szpitalach i Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie naszego kraju, bez żadnych zastrzeżeń. Czujniki posiadają oświadczenie producenta o pełnej kompatybilności z technologią Nellcor OxiMax i pulsoksymetrami Nellcor.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje i zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia oświadczenia/certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax, w przypadku zaoferowania oryginalnych czujników Nellcor OxiMax, zalecanych przez oryginalnego producenta aparatów, czego jednoznaczne potwierdzenie znajduje się w ich instrukcjach obsługi? Powyższy zapis SIWZ w obecnym kształcie, prowadzi wyłącznie do utrudniania uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.



# Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

---

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
*lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/e