



Poznań, dnia 15.10.2020 r.

SR/XV-270-32(16)-EFK/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-32-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 14

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1 do pakietu 17

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

- Elektrody neutralne z pojedynczą powierzchnią i z samoprzylepnym żelem przewodzącym
- materiał Hydrożel + Polietylen
- powierzchnia elektrod : Dorośli 132cm² oraz pediatryczna 78cm² .
- podłączenie jednobiegunowe
- 25 sztuk w opakowaniu, każda elektroda pakowana osobno.

Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania:




Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 do pakietu 17

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

- Wersja z oddzielną powierzchnią przewodzącą REM (Return Electrode Monitor)
- materiał Hydrożel 1,5mm
- powierzchnia 118cm² (202 x 101mm) oraz 78cm² (148 x 90mm) dla wersji pediatrycznej.
- 25 sztuk w opakowaniu, każda elektroda pakowana osobno

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:




Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 do pakietu 17

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

- wersja uniwersalna
- Hydrożel 1,5mm
- powierzchnia 107cm² (164 x 117mm)
- 25 sztuk w opakowaniu, każda elektroda pakowana osobno



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu

mgr inż. Roman Witekiewicz