



Poznań, dnia 15.10.2020 r.

SR/XV-270-32(20)-EFK/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-32-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

PYTAŃIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 2 jednorazowego resuscytatora dla noworodków składający się z: worka o pojemności 280 ml z rezerwuarem tlenu i zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, z maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 3 jednorazowego resuscytatora dla noworodków składający się z: worka o pojemności 550 ml z rezerwuarem tlenu i zaworem bezpieczeństwa 40 cmH₂O, z maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 4 maski do resuscytacji, jednopacjentowej, okrągłej, silikonowej przeznaczonej dla noworodków, w rozmiarze 00 i wymiarze 35 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 5 maski do resuscytacji, jednopacjentowej, okrągłej, silikonowej, przeznaczonej dla noworodków w rozmiarze 0 i wymiarze ok.52 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 6 maski do resuscytacji, jednopacjentowej, okrągłej, silikonowej, przeznaczonej dla noworodków w rozmiarze 1 i wymiarze ok. 68mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 1 noworodkowego układu oddechowego z odcinkiem przedłużającym do inkubatora o dł. 0,4 m; dren ciśnieniowy, bez zabezpieczenia antybakteryjnego pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz.2 jednorazowego mikrobiologicznie czystego układu oddechowego do Infant Flow: odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora dł. o 30 cm; odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją na całej długości do skutecznego odprowadzenia gazów; generator IF na stałe połączony z ramieniem wdechowym, z dwoma paseczkami mocującymi do czapeczek; odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia o dł. 1,6 m; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, z zestawem 3 końcówek donosowych o rozmiarach S,M,L bez zabezpieczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 poz. 2 maseczki nosowej do nCPAP Infant Flow w rozmiarze S?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr inż. Romany Miękwicz

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a