



Poznań, dnia 13.10.2020 r.

SR/XV-270-32(8)-EFK/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-32-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 7

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pakiet 15

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ± 3 cyfry, kompatybilnych z urządzeniami pracującymi w technologii Nellcor / Nellcor Oximax, przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników, nie zawierających lateksu, bezklejowych, hypoalergicznym dla szczególnie wrażliwej skóry, dla pacjentów poniżej 3 kg, zapinanych na rzep, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ± 2 cyfry, sensor

w technologii Nellcor OxiMax, czujnik kompatybilny z pulsoksymetrem pracującym w tej samej technologii.

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania stabilizatora na kostkę

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 16

Poz. 1, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
Lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a