



Poznań, dnia 13.10.2020 r.

SR/XV-270-32(9)-EFK/20

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-32-EFK/20

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 8

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

### ZESTAW PYTAŃ 1:

#### Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, musi być złożone zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 PZP, a nie złożone wraz z ofertą.

#### Dotyczy pakietu nr 10

##### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4, 5, 6 w zadaniu nr 10, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Pakietu nr 12

##### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 12 pozycja nr 1 oraz 2. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 12 pozycja nr 1 oraz 2.

##### Pytanie nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator



nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego, jednorazowa komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&P MR 850. Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową, w komplecie końcówki donosowe w trzech rozmiarach. Wykonany z PCV bez lateksu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Dotyczy pakietu nr 13

### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pozycji 2, 3, 4, 5, 6 – z jakiego typu generatorem mają być kompatybilne maseczki nosowe do nCPAP INFANT FLOW?

**Odpowiedź:** Generator na czepek w kształcie litery T.

### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maseczek nosowych do nCPAP INFANT FLOW w rozmiarach S; M; L; XL.


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## Dotyczy pakietu nr 14

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski (upręże) do generatorów oddechów CPAP IF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na główce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. W rozmiarach:

- 18-22 cm,
- 22-26 cm,
- 26-30 cm,
- 30-36 cm,
- 36-42 cm.



### **Lub**

Czapeczki noworodkowe do mocowania układu pacjenta w rozmiarach:

- rozmiar 000, 18-20 cm
- rozmiar 00, 20-22 cm
- rozmiar 0, 22-24 cm
- rozmiar 1, 24-26 cm
- rozmiar 2, 26-28 cm
- rozmiar 3, 28-30 cm
- rozmiar 4, 30-32 cm





rozmiar 5, 32-34 cm


rozmiar 6, 34-36 cm

rozmiar 7, 36-38 cm

rozmiar 8, 38-40 cm

rozmiar 9, 40-42 cm

( do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego ). Czapeczka wykonana z bawełny, rozmiar oznaczony kolorem, wyposażona w zapięcia typu rzep do mocowania węża generatora.



**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a

