



Poznań, dnia 20.10.2020 r.

SR/XV-270-33(2)-EFK/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb Pododdziału Patologii Cięży, Oddziału Otolaryngologicznego oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-33-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pakiet nr 3 Enteroskop, punkt 4

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postępowaniu Enteroskop z wyposażeniem fabrycznie nowy wyprodukowany przed rokiem 2020, lecz nie wcześniej niż w 2019 roku ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pakiet nr 3 Enteroskop, punkt 11

Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający w punkcie 11 miał na myśli dostawę 10 nakładek jednorazowych pracujących w technologii: „Wprowadzanie sondy endoskopowej za pomocą jednorazowej nakładki z miękkimi, spiralnymi fałdami podłączanej do endoskopu na wcisk z blokadą brak konieczności przykręcania lub obracania zachowującej enteroskop w wymaganej pozycji”?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli dostawę 10 sztuk nakładek jednorazowych pracujących w technologii "Wprowadzanie sondy endoskopowej za pomocą jednorazowej nakładki z miękkimi, spiralnymi fałdami podłączanej do endoskopu na wcisk z blokadą brak konieczności przykręcania lub obracania zachowującej enteroskop w wymaganej pozycji".

Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pakiet nr 4 Endoskop ultrasonograficzny EUS o skanowaniu liniowym, punkt 4

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postępowaniu Endoskop ultrasonograficzny EUS o skanowaniu liniowym fabrycznie nowy wyprodukowany przed rokiem 2020, lecz nie wcześniej niż w 2019 roku ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pakiet nr 2 – wideoendoskop laryngologiczny – pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2019?”

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czas reakcji serwisu, max. do 72 godz. w dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Ejszeńska-Zak