



Poznań, dnia 21.10.2020 r.

SR/XV-270-33(3)-EFK/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb Pododdziału Patologii Cięży, Oddziału Otolaryngologicznego oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-33-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Załącznik nr 2 do SIWZ pakiet nr 1

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z platformą sprzętową oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2016 roku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z czasem uruchomienia aparatu -start systemu od uruchomienia do czasu pojawienia się obrazu 90 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy systemu 1-18 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną wartością dynamiki w trybie B – mode 256dB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. dynamiki 250dB.


Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości zasłaniania portów głowic w przypadku braku głowicy w porcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę) 75Hz?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 8,8m/sek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Ciągłego (CW) 19,3m/sek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną głębokością obrazowania aparatu 38cm?

Odpowiedź: Jeżeli jest 38 cm to Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z 3 stopniami ustawień w obrazowaniu krzyżowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną ilością ognisk pracujących jednocześnie głowicy wynoszącą 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maks. wartością częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 22,5 kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maks. wartością częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW) 57kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt.14

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) 0,5-0,25mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.15

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) 80 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pyt.16

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zintegrowanym (wbudowanym w aparat) systemem archiwizacji pacjentów i obrazów bez nagrywarki płyt DVD/CD-R/RW i z portami USB na pulpicie operatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.17

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą endowaginalną do badań ginekologicznych z ilością elementów 192, zakresie częstotliwości 2-11Mhz oraz polu widzenia 150 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 18

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową do badań piersi, ilość elementów 256, zakres częstotliwości 3-14Mhz, szerokości czoła głowicy 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 19

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo ilość elementów 192, zakres częstotliwości 5-9Mhz, kąt patrzenia głowicy 150 stopni oraz kącie skanowania projekcji 3D/4D (sweep angle) 120 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę convex objętościowy do diagnostyki 4D ilość elementów 192, zakres częstotliwości 1-8Mhz, kąt patrzenia głowicy 70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 21

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwość w trybie elastografii wykonywania pomiarów – elasto Strain?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez dostępnego protokołu BIRADS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ pakiet nr 5

Pyt. 23

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z platformą sprzętową oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2017 roku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pyt. 24

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy systemu 2-16 MHz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z czasem uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania 120 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z liczbą ognisk pracujących jednocześnie wynoszącą 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 27

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną głębokością obrazowania aparatu wynoszącą 2-38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z odświeżaniem obrazów w trybie 2D – frame rate wynoszącym 2000Hz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę) wynoszącą 400Hz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną głębokością obrazowania aparatu max. 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile to 38 cm.

Pyt. 31


Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z obrazowaniem krzyżowym- 3 stopnie ustawień?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu-4 stopnie ustawień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pyt. 33

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną ilością ognisk pracujących jednocześnie głowicy – 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 34

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maks. wartością częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) wynoszącą 22,5 kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 35

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maks. wartością częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW) wynoszącą 57kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 36

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) wynoszącą 0,5-0,25 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 37

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) wynoszącym 80 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 38

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-polożniczych zakres częstotliwości 2-8 Mhz, ilość elementów 192?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 39


Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą endowaginalna do badań ginekologiczno-polożniczych zakres częstotliwości 4-9 Mhz, ilość elementów 128 oraz szerokość pola obrazowania 148 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 40

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowice convex objętościowy do diagnostyki 4D zakres częstotliwości 4-8 Mhz, ilość elementów 128 oraz kąt patrzenia głowicy 77 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pyt. 41

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę endo wolumetryczną do badań 3D/4D zakres częstotliwości 2-10 Mhz, ilość elementów 192 oraz kąt patrzenia głowicy 150 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 42

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową o szerokim czole do badań piersi zakres częstotliwości 5-12 Mhz, ilość elementów 128 oraz szerokość czola 50 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 43

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową wysokich rozdzielczości zakres częstotliwości 3-16 Mhz, ilość elementów 192 oraz szerokość czola 38,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 44

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę kardiologiczną do badań echa serca zakres częstotliwości 2-4 Mhz, ilość elementów 64 oraz kąt patrzenia głowicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 45

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości wykonywania pomiarów – elasto strain w trybie elastografii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Mariola Chlebowska