



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej
SR/XV-270-35-SS/20**

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę aparatury medycznej.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z niekorodującym zbiornikiem ciśnieniowym wykonany z miedzi?

ODPOWIEDŹ:

W ramach pakietu nr 2, Zamawiający wyraża zgodę.