



**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych

SR/XV-270-3-SS/21

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE:

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,6,7,16,17,18,19,21,23,24

Poz. 6 Prowadniki do ERCP, z 6 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; sztywność standardowa i sztywność usztywniona z 13cm końcówką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 7 Platynowy stent samorozprężalny pokrycie z silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 19 Iгла do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) osłonki igły o średnicy 1,8mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 21 Sten do protezowania zwężeń jelitowych:

- średnica stentów jelitowych: 25 mm,

- średnica stentów dwunastniczych: 20 mm,

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 23 Dostępna jedna średnica końcówki dystalnej- 5 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pakiecie 1 pozycja 15 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 2,2 mm - 2,8 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, łyżeczki z ząbkami na całym obwodzie, z możliwością wykonania biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych - okrągłe oraz owalne współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm oraz owalne współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm pakowane po 5 szt?

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza.

UWAGA! Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w Rozdziale nr III, a także poprawia datę okresu związania ofertą.