



SR/XV-270-7-SS/21

Poznań, dnia 17.02.2021 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na sukcesywną dostawę płynów i sprzętu do pozaustrojowych zabiegów wspomagających funkcję wątroby w systemie Prometheus
SR/XV-270-7-SS/21

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pozycji 18-23 pakiet zbiorczy dopuści postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach:

- dla pozycji 18 – 11 Fr długość 15 cm
- dla pozycji 19 – 11 Fr długość 20 cm
- dla pozycji 20 – 11 Fr długość 25 cm
- dla pozycji 21 – 13 Fr długość 15 cm
- dla pozycji 22 – 13 Fr długość 20 cm
- dla pozycji 23 – 13 Fr długość 25 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 18 do 23 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Nie.



PYTANIE:

Pozycja 18-23

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju

- pozycja 18- cewniki 12Fr o długości 15 cm
- pozycja 19- cewniki 12Fr o długości 20 cm
- pozycja 20- cewniki 12Fr o długości 25 cm
- pozycja 21- cewniki 14Fr o długości 15 cm
- pozycja 22- cewniki 14Fr o długości 20 cm
- pozycja 23- cewniki 14Fr o długości 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Tak, jeśli cewnik do dializy będzie kompatybilny z aparatem do dializy Prometheus.