



Poznań, dnia 13.10.2022

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Do postępowania na: „**Sukcesywną dostawę narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych i zmniejszania żołądka**”

**Znak sprawy: SR/XV-270-18-PH/22**

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie nr 1

#### Pakiet nr 1

1. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 11**, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złożeń z dróg żółciowych o średnicy 8.5-10-12-15mm lub 12-15-18-20mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
2. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 14**, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów igłowych 7.5-6.0Fr, regulacja igły 4mm+/-2mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
3. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 17**, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic do dróg żółciowych tylko prostych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
4. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 18**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez plastikowych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 8.5, 9 lub 10FR, zestaw składa się z cennika prowadzącego z widocznymi znacznikami w RTG i popychacza, długość 170 lub 205 cm, z otworem lub bez otworu na końcu.
5. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 23**, w miejsce pierwotnych parametrów, protez przełykowych o długości 8, 10 12 lub 12,5, 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ
6. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 25**, w miejsce pierwotnych parametrów, mechanicznych poszerzadeł w rozmiarze 6, 6.9, 8.4, 9, 9.6; 11.4Fr, temperowanych odpowiednio do 4, 5, 6, 7Fr.
7. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 29**, w miejsce pierwotnych parametrów, ciśnieniowych balonów Herkules bez możliwości użycia prowadnika
8. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 33**, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnika ułatwiającego wprowadzanie protez samorozprężalnych oraz do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych jak również do ułatwienia pomostowania trudnych zwężeń w trakcie zabiegu ECPW. Zbudowany z pokrywanej stali nierdzewnej, posiada





miękką, giętą, sprężynującą końcówkę na długości 3cm. Długość przewodnika 400cm, średnica ,035”.

9. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 w pozycji 39**, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodnic do dróg żółciowych /trzustkowych z końcówką hydrofilną 5-25 cm lub bez pokrycia hydrofilnego, średnice 0,035-0,018 proste lub zagięte, długości 450cm+/- 50 cm.
10. Czy Zamawiający dopuści: zestaw do endoskopowej gastrostomii o średnicy zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm?

Zaproponowany zgłębnik Flocare PEG wykonany jest z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki.

Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.

**Ad. 1**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 2**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 3**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 4**

**Zamawiający wyraża zgodę**





**Ad. 5**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 6**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 7**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 8**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 9**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 10**

**Zamawiający wyraża zgodę**

## Pytanie nr 2

### Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 2 pozycja 15 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 2,2 mm - 2,8 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, łyżeczki z ząbkami na całym obwodzie, z możliwością wykonania biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych - okrągłe oraz owalne współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm oraz owalne współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm?
2. Czy w pakiecie nr 2 załącznika do SWZ nie nastąpiła omyłka pisarska, w punkcie 14 i 29, w kolumnie F zamiast sztuki powinny być opakowania?

**Ad. 1**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 2**

**Zamawiający wyjaśnia iż w Załączniku nr 2 nastąpiła omyłka pisarska. W punkcie 14 i 29 w kolumnie F zamiast „sztuki” powinny być „opakowania”. Załącznik nr 2 zostanie poprawiony i opublikowany ponownie.**

## Pytanie nr 3

### Pakiet nr 3





# Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

1. **Dot. Pakietu 3 POZ 3.** Czy zamawiający dopuści protezę o średnicy 28 mm na końcach, średnicę aplikatora 8 mm i 2 lassa do repozycjonowania. Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dot. Pakietu 3 POZ 4.** Czy zamawiający dopuści protezę o średnicy 20 mm i średnicy aplikatora 3,4 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dot. Pakietu 3 POZ 20.** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty na balon o średnicach 8,5 – 11,5 – 15 mm wprowadzany po przewodnicy na dł. 35 cm końcówki dystalnej o parametrach - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu – 2,9 mm - minimalne średnica kanału roboczego – 3,2 mm  
Pozostałe warunki bez zmian
4. **Dot. Pakietu 3 POZ 26.** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty na złożenie oferty na balon do poszerzania przełyku o parametrach 8,5 – 9,5 – 10,5 mm. Pozostałe warunki bez zmian.
5. **Dot. wzoru umowy par. 7 ust. 2a** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary na odsetki ustawowe?

**Ad. 1**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 2**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 3**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 4**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Ad. 5**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy**

Z poważaniem.

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak