



Poznań, dnia 23.11.2022 r.

SR/XV-270-23(1)-EFK/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zakup i dostawę urządzenia do diagnostyki słuchu dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/22

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia spełniającego wszystkie pozostałe parametry techniczne i wymagania ogólne za wyjątkiem normy IP? Oferowane przez firmę ... urządzenie wg specyfikacji producenta spełnia normę IP20.

Możliwość zaoferowania urządzenia, którego funkcjonalności audiologiczne spełnią oczekiwane przez Zamawiającego wymagania audiologiczne, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i możliwości uzyskania konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
[Podpis]
dr med. Elżbieta Wrzesińska-Zak