



SR/XV-270-23(5)-EFK/22

Poznań, dnia 02.12.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zakup i dostawę urządzenia do diagnostyki słuchu dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/22

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) **Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Interton.pl Sp. z o. o., ul. Włodzimierza Tetmajera 65E/2, 31-352 Kraków – oferta nr 1** z niniejszego postępowania, albowiem jest ona niezgodna z przepisami ustawy i jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej. Wykonawca **Interton.pl Sp. z o. o.** złożył ofertę, która nie została opatrzona ani podpisem kwalifikowanym, ani podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W związku z powyższym ofertę Wykonawcy **Interton.pl Sp. z o. o.** należało odrzucić z niniejszego postępowania.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) **Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA Sp. z o. o., AL. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn – oferta nr 2** z niniejszego postępowania, albowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z pismem z dnia 23.11.2022 r. o sygnaturze SR/XV-270-23(2)-EFK/22 Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia dopisał kolejny punkt „pkt 23: Urządzenie do badania Otoemisji DOAE”, który jest parametrem wymaganym (granicznym). Wykonawca **GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA Sp. z o. o.** w złożonej ofercie wskazał, iż oferowane przez niego urządzenie nie posiada w/w parametru wymaganego (granicznego). Wskazał, iż oferowane przez niego urządzenie umożliwia badanie otoemisji SOAE, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym ofertę Wykonawcy **GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA Sp. z o. o.** należało odrzucić z niniejszego postępowania.

Jednocześnie **na podstawie art. 255 pkt 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający **unieważnia niniejsze postępowanie**, albowiem wszystkie złożone do niniejszego postępowania oferty podlegają odrzuceniu.

UZASADNIENIE



Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje tryb postępowania mający na celu zawarcie umowy, której podstawą jest najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W świetle powyższego prawidłowo prowadzone postępowanie winno zakończyć się wyłonieniem Wykonawcy i zawarciem umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych typizuje jednak kiedy Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie. W przedmiotowej sprawie w całej rozciągłości zachodzą wyżej wymienione przesłanki.

Zamawiający nadmienia, iż w przypadku gdy oferta Wykonawcy **GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA Sp. z o. o.** nie podlegałaby odrzuceniu i tak zmuszony byłby unieważnić niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).

Stosowna informacja o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania ukazała się na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na miniPortalu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak