



SR/XV-270-04(2)-PH/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych
SR/XV-270-04-PH/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 Zestaw serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony o składzie:
 - 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 200cm wykonana z włókny SMS oraz folii PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
 - 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm.
 - 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 180 x 5cm.
 - 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – „dolna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 100 x 5cm.
 - 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 90 x 5cm.
 - 4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm
 - 2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm, wykonana z włókny SMS o gramaturze 45g/m², jednostronnie pokrytej klejem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wymagana jest osłona na stolik Mayo.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 Zestaw serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony o składzie:
 - 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 200cm wykonana z włókny SMS oraz folii PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.



- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm.
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 180 x 5cm.
- 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – „dolna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera trzy otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 100 x 5cm.
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm, o gramaturze 110 g/m² i współczynniku absorpcji 450% masy własnej. Wzmocnienie zawiera otwory (organizatory) na przewodowy operacyjny o średnicy 2cm każdy. Przylepiec o wymiarze 90 x 5cm.
- 4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm
- 2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 45g/m², jednostronnie pokrytej klejem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW PYTAŃ 2:

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania ściereczek chłonnych pakowanych a' 2 szt., opakowanie zbiorcze 120 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW PYTAŃ 3:

Pakiet 8 , pozycja 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, iż niebawem udzieli odpowiedzi na pozostałe zapytania złożone do niniejszego postępowania.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

tel. med. Elżbieta Wzrostowska-Zak

- 1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
- 2/ <https://raszejka.poznan.pl/>
- 3/ a/a

