



SR/XV-270-04(3)-PH/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych
SR/XV-270-04-PH/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1

Pakiet 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści ściereczki sterylne pakowane a 2 sztuki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści 70 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 12 fartuchy M,L,XL

Czy Zamawiający dopuści rzep w rozmiarze 12-13 cm na jednej części i 6 cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 12 fartuchy M,L,XL

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie fartucha tylko poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed otwarciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 12 fartuchy M,L,XL,

Czy Zamawiający dopuści dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści min. 3 naklejki typu TAG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 12 ręczniki do osuszania

Czy Zamawiający dopuści ręczniki

- Jednorazowego użytku
- Materiał - wzmocniona wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa
- Gramatura 70 g/m²
- Pakowane a' 2 szt.
- Wymiar 30 x 40 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min.55 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 10 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści min. 2 samoprzylepne etykiety?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową samoprzylepną z otworem w rozmiarze 6x8 cm otoczonym warstwą samoprzylepna?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową samoprzylepną w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o średnicy 5 cm lub otworem w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez taśm samoprzylepnych w rogach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15**

Pakiet 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar prześcieradła ochronnego 225 cm x 101 cm \pm 2cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Warstwę spodnią pełnobarierową, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej bez „zadrukowania”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Pakiet 10 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „składającego się z zadrukowanej folii PE” o jaki chodzi zadruk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min.110 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Pakiet 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW PYTAŃ 2:

Pakiet 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiający otwieranie z piktogramem informującym o kierunku otwierania tylko od strony folii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 100cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m² w rozmiarze 50cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm i przyklepcem wokół otworu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści miseczkę plastikową o poj. 120 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 x Pęseta plastikowa 13cm
- 10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa z otworem o średnicy 10cm oraz przyklepnymi rogami?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1- Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: UWAGA: Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 2 poprzez usunięcie pozycji nr 1.

Pakiet nr 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym zapobiegającym zawilgoceniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'15szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm, pakowany a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny bez folii stanowiącej część izolacyjną pomiędzy wkładem a bibułą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Folia musi być.

Pakiet nr 2, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści serwety 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

Odpowiedź: UWAGA: Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 2 poprzez usunięcie pozycji nr 8.



Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: **UWAGA:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 2 poprzez usunięcie pozycji nr 8.

Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe?

Odpowiedź: **UWAGA:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 2 poprzez usunięcie pozycji nr 8.

Pakiet nr 2, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm
- 1 x Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 23cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 18cm
- 1 x Nożyczki metalowe ostre/tepe 15cm
- 20 x Kompres z gazy 13N 8W 10cm x 10cm
- 1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm (niebieski SMS)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści większą ilość w opakowaniach zbiorczych ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizernami,



- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm



- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ lub maksymalna tolerancja wymiaru +/- 17%.

Pakiet nr 7, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 30x40cm, wykonaną z folii o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 80 cm do znieczulenia przewodowego z centralnie położonym otworem przylepnym 6 x 15 cm, otoczonym warstwą przylepną 10.5 cm x 22 cm, serweta posiada dodatkowo 4 przylepce 5 x 5 cm na rogach serwety. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, chłonność 350%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m², spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 90 cm do znieczulenia przewodowego z centralnie położonym otworem przylepnym 10 x 15 cm, otoczonym warstwą przylepną 10.5 cm x 22 cm, serweta posiada dodatkowo 4 przylepce 5 x 5 cm na rogach serwety. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, chłonność 350%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m², spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z 4 szt etykiet do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Tak – minimum 2 szt. etykiet.

Pakiet nr 10, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109,0/99,4 kPa, chłonność 600%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m², spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pakiet nr 10, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150 x 190 cm na stół instrumentariuszki, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, chłonność 350%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z: celuloza – 2 x 18 g/m² (tj. 36g/m²), folia PE - grubość 16 +/- 1 µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę a'40m. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, o chłonności min. 1,5 litra, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 7- Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 7- Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pakiet nr 11 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne sterylne wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m², w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11 - Czy Zamawiający dopuści pakowane sterylne a'1sztuka, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 500sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW PYTAŃ 3:

Dotyczy: pakiet 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkład higieniczny o gramaturze 36g/m², spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW PYTAŃ 4:

Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw z peanem o długości 13 cm w miejsce 14 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przyklepcem na dłuższym boku zamiast wokół otworu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przyklepcem wokół otworu oraz dwoma przyklepcami na rogach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o składzie:

- a) serweta - ekran anestetyczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.
 - b) serwety boczne 75 x 90cm wykończone taśmą lepnią na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
 - c) serweta dolna 180 x 170cm wykończona taśmą lepnią w środkowej części serwety - 1 szt.
 - d) pokrowiec na stół Mayo z mocnej folii (grubość 50 mikronów,) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. 76x 85 cm, włókninowa warstwa chłonna o gramaturze 30 g/m², wym. całk. 80cm x 145cm -1 szt.
 - e) ściereczki chłonne 20x40 cm - 2 szt.
 - f) taśma włókninowa 9 x50cm - 1szt.
 - g) serweta owinięcie, przykrycie na stół instrumentalny - 150 x 190cm, wykonana z mocnej folii, środkowa warstwa absorpcyjna z włókniny o gram 35g/m² - 66x190cm - 1 szt.
- serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o łącznej gramaturze folii i włókniny 56 g/m²?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o składzie:

- a) serweta - ekran anestezjologiczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.
 - b) serwety boczne 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
 - c) serweta dolna 180 x 170cm wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety - 1 szt.
 - d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii (grubość 70 mikronów,) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. 76x 145 cm, włókninowa warstwa chłonna o gramaturze 60 g/m², wym. całk. 80cm x 145cm -1 szt.
 - e) ściereczki chłonne 20x40 cm - 4 szt.
 - f) taśma włókninowa 9 x50cm - 1szt.
 - g) serweta owinięcie, przykrycie na stolik instrumentalny - 150 x 190cm, wykonana z mocnej folii, środkowa warstwa absorpcyjna z włókniny o gram 35g/m² - 66x190cm - 1 szt.
 - h) kieszeń 40x30cm z kształtką i przyłepcem
- serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o łącznej gramaturze folii i włókniny 56 g/m², chłonność 570%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 8 poz. 1-3: czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie liczby wymaganych próbek jeśli wszystkie pozycje pochodzą od jednego producenta do np. jednej sztuki każdego rozmiaru lub dwóch sztuk dowolnego rozmiaru? Produkty z tych trzech pozycji są produktami jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczych o składzie:

- serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. 240x260cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym, w części brzusznej otwór 34x30cm otoczony warstwą chłonną, w części dolnej posiadająca prostokątny otwór 10x15cm wraz z przysłaniającą go klapką, z przyłepcami wokół otworów,
 - niebieska osłona na stolik Mayo 80x145cm;
 - ściereczki chłonne celulozowe 30x40cm - 4szt.;
 - całość owinięta w serwetę 150x190cm, która może służyć jako przykrycie stolika;
- Gramatura serwety głównej 56g/m²-laminat dwuwarstwowo, odporność na rozerwanie na sucho/mokro-150kpa w strefie krytycznej; odporność na przenikanie cieczy - 250cm H₂O, chłonność laminatu 570%, nasiąkliwość (run-off) 27,96%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczych o składzie:

- serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. 240x260cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym, w części brzusznej otwór 34x30cm wypełniony folią chirurgiczną, w części dolnej posiadająca prostokątny otwór 10x15cm wraz z przysłaniającą go klapką i przyłepcem wokół otworu;
- serweta z laminatu dwuwarstwowego 56g/m² 90x75cm;
- niebieska osłona na stolik Mayo 80x145cm;
- taśma samoprzylepna 9x50cm;
- ściereczki chłonne włókninowe 20x40cm - 4szt.;
- kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 35x42cm, samoprzylepna ze sztywnikiem;
- całość owinięta w serwetę 150x190cm, która może służyć jako przykrycie stolika;



Gramatura serwety głównej 63g/m² - laminat trzywarstwowy, odporność na rozerwanie na sucho/mokro-min. 100kpa w strefie krytycznej; odporność na przenikanie cieczy - 191cm H₂O, chłonność laminatu 824%, nasiąkliwość (run-off) 48,17%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy o składzie:

1/Obłożenie chirurgiczne do operacji tarczycy o wymiarach 240x180 z otworem owalnym, samoprzylepnym o wymiarach 15x10cm - 1szt.

2/Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190cm z obszarem chłonnym o wymiarach 66x190cm służąca jako owinięcie zestawu - 1szt.

3/Taśma lepna 9x50cm - 4 szt.

4/ osłona na stół Mayo 80x145cm z warstwą chłonną 76x85cm, folia PE 50 mikronów, włóknina 30g/m² -1 szt.

5/ serweta przylepna 70x95cm

Gramatura serwety głównej 56g/m²-laminat dwuwarstwowy, odporność na rozerwanie na sucho/mokro-150kpa w strefie krytycznej; odporność na przenikanie cieczy - 250cm H₂O, chłonność laminatu 570%, nasiąkliwość (run-off) 27,96%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 12, poz. bez numeru (fartuchy): czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu na metce. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na sucho min. 133kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀, wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż dla powierzchni krytycznych min. 142 N/50mm, fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 12, poz. bez numeru (fartuchy): czy Zamawiający dopuści złożenie dwóch próbek jednego, wybranego rozmiaru w wypadku gdy zaoferowany we wszystkich trzech pozycjach asortyment jest od tego samego producenta? Produkty z tych trzech pozycji są produktami jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pakiet nr 12, poz. 1 (ściereczki): czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała, stosowane również do osuszania powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń, wykonane z celulozowej taśmy chłonnej (100% celulozy), rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 55g/m², opakowanie a'50 sztuk, worek z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, nazwą producenta; produkt pozbawiony lateksu; jednorazowego użytku, niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 14 poz. 2: czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną 12,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot .umowy:

1. Czy Zamawiający usunie § 5 wzoru umowy, ponieważ jest on niedokończony, ponadto zaczyna się identycznie jak §7 wzoru umowy?

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt a) oraz b) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznego

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy/nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt c) wzoru umowy zostało skreślone słowo „opóźnienie”, „opóźnienia”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c."

Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt e) wzoru umowy kara umowna została zmniejszona do 10%?

Odpowiedź:

Ad. 1. Tak, Zamawiający usuwa § 5 wzoru umowy.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ZESTAW PYTAŃ 5:

Pakiet nr 3

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów w którego składzie nożyczki metalowe ostre/ostre są w rozmiarze 11,6 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kocyk dziecięcy o wymiarach 87 cm x 90 cm; wykonany białej włókniny typu spunlaced, o gramaturze ok 50g/m²; pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw ginekologiczny o składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm – stanowiąca owinięcie zestawu (warstwa chłonna 75 cm x 150 cm)
1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 cm x 12 cm) 250/280 x 280 cm
1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 cm x 90 cm
1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 33 cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowego laminatu, włóknina min. 30g/m², folia PE min. 25 g/m², odporność na penetracje płynów min. 158 cm/H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro min. 145/134 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 5

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm, stanowi owinięcie zestawu
1 x serweta dwuwarstwowa 90 cm x 150 cm
2 x serweta dla noworodka z miękkiej delikatnej włókniny 87 cm x 90 cm
1 x obłożenie do cięcia cesarskiego 250/260 x 300 cm z otworem 24 cm x 19 cm, z zintegrowaną folią operacyjną oraz workiem do przechowywania płynów.
3 x Fartuch niewzmocniony SMS, rozmiar L
4 x ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocniona, w kolorze aqua,
20 x kompresy gazowe z nitką RTG, 10 cm x 10 cm 17N, 16 warstwowe
1 x taśma lepna, włókninowa 10 cm x 50 cm
5 x serweta chłonna, zielona 50 cm x 60 cm, 6 warstwowa 20 nitkowa
1 x opatrunek na ranę pooperacyjną z superabsorbentem, 10 cm x 35 cm
1 para Rękawice chirurgiczne lateksowe rozmiar 6,5, AQL = 0,65
1 para Rękawice chirurgiczne lateksowe rozmiar 8, AQL = 0,65
2 pary Rękawice chirurgiczne lateksowe rozmiar 7, AQL = 0,65
1 x miska 250 ml, przezroczysta z podziałką
1 x skalpel nr 24 z zabezpieczonym ostrzem
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm
1 x nerka 800 ml wykonana z przezroczystego polipropylenu z podziałką
1 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced rozmiar L
Zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe są bez opakowań dodatkowych.



Sterylnie obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m².

Fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

- serweta - ekran anestezyjologiczny min. 150 cm x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.
 - serwety boczne min. 75 cm x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
 - serweta dolna min. 175 cm x 175 cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt.
 - serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. Min. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite 80 cm x 145cm, całkowita gramatura laminatu min. 90g/m² -1 szt.
 - ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm - 4 szt.
 - taśmy lepne, włókninowe 10 cm x 50 cm- 1szt.
 - serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min. 150 cm x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna- 75 cm x 190cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.
- Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) – o gramaturze min. 55g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Musi być osłona, nie serweta.

Pakiet nr 6

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

- serweta górna wzmocniona (pad chłonny), z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny 240 cm x 150cm - 1szt.
 - serwety boczne, wzmocnione (pad chłonny), z taśmą samoprzylepną 90 cm x 75cm - 2szt.
 - serweta dolna wzmocniona (pad chłonny) z taśmą samoprzylepną 200 cm x 200 cm - 1szt.
 - serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. Min. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite min. 79 cm x 145 cm, całkowita gramatura laminatu min. 90g/m² -1 szt.
 - taśma lepna, włókninowa 10 cm x 50 cm - 1szt.
 - ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm - 4 szt.
 - serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego min. 150 cm x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna- 75 cm x 190cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.
- Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) – o gramaturze min. 55g/m²
Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 204 cmH₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Musi być osłona, nie serweta.



Pakiet nr 6

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do amputacji kończyn w którego składzie osłona na kończynę jest w rozmiarze 35 cm x 120 cm (komponent d) – pozostałe komponenty oraz parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeń w rozmiarze 56 cm x 90 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ lub tolerancja +/-17%.

Pakiet nr 7

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeń samoprzylepna dwukomorowa, w rozmiarze 43 cm x 38 cm i grubości 90 µm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8

Pozycja 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch chirurgiczny zapinany na w okolicy szyi na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku pozwalająca na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu - pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

1 x serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego ze wzmocnieniem (padem chłonnym) o wym. 250/260 cm x 290cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anesteziologicznym, w części brzusznej otwór 28 cm x 32 cm, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór 12x15cm wraz z przysłaniającą go klapką,

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 cm x 145cm;

1 x serweta operacyjna, dwuwarstwowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm;

1 x taśma lepna, włókninowa 10 cm x 50 cm;

4 x ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm

2 x uchwyt typu rzep 2 cm x 23 cm

całość owinięta we wzmocnioną serwetę na stolik narzędziowy 150 cm x 200cm

Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m² oraz w strefie wzmocnionej min. 110 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 300 kpa w strefie krytycznej. odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O, chłonność min. 156 ml/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 9

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

1x Serweta na stół narzędziowy o wymiarach 200 cm x 150 cm z obszarem chłonnym o wymiarach 75 cm x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu

1x serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite 80 cm x 145 cm, całkowita gramatura laminatu min. 90g/m²

1 x serweta dwuwarstwowa 200 cm x 120 cm, otwór U przylepny 19 cm x 19,5 cm

1 x serweta dwuwarstwowa 200 cm x 245 cm, otwór U przylepny 19 cm x 19,5 cm

2 x taśma przylepna 10 cm x 50 cm

4 x ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm



Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55 g/m² oraz w strefie wzmocnionej min. 110 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 300 kpa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O, chłonność min. 156 ml/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 9

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa, 190 cm x 150 cm, z obszarem chłonnym o wymiarach 75 cm x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu,

1 x serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite 80 cm x 145 cm, całkowita gramatura laminatu min. 90g/m²

1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 240 cm x 150 cm, z padem chłonnym

4 x serweta przylepna dwuwarstwowa 90 cm x 75 cm, z padem chłonnym

1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 175 cm x 200 cm, z padem chłonnym

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 cm x 38 cm PE

10 x tupfer twarde z gazy RTG Nr 1; 6 cm x 6 cm w pudełku kartonowym

40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a'10 sztuk przewiązane

1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczno-piankowy

1 x uchwyt Velcro 2 cm x 23 cm

1 x ręcznik celulozowy 33 cm x 30 cm

Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55 g/m² oraz w strefie wzmocnionej min. 110 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 300 kpa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O, chłonność min. 156 ml/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Musi być osłona, nie serweta.

Pakiet nr 11

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne, chłonne ręczniki celulozowe do absorpcji płynów lub osuszania powierzchni i sprzętu o gramaturze min. 60g/m², w rozmiarze 30 cm x 33 cm, w op. zawierające 50 szt (25 x 2 szt.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Kosińska-Żak