



Poznań, dnia 30.03.2023 r

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SWZ**

postępowania na: „**Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych**”

Znak sprawy: SR/XV-270-04-PH/23

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 4

Ad. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz.1 zestaw do małych zabiegów I

Zestawu o składzie:

- serweta operacyjna 45x75cm, 2 warstwowa, gramatura włóknina 27g/m² i folia PE-film o gramaturze 27,5 mikronów, odporność na przenikanie płynów 100cm H₂O - 2szt;
- serweta samoprzylepna 75x75 cm wykonana z folii PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m², o łącznej gramaturze 60,6 g/m². Odporność na przenikanie płynów 100cm H₂O w obszarze krytycznym oraz rozerwanie na sucho/mokro 88/61 kPa – 2 szt.
- kleszczyki blokowane 24cm- 1szt.
- miska 250 ml z podziałką przezroczysta z polipropylenu – 1 szt.
- osłona na stół narzędziowy 100x150 cm wzmocniona z obszarem chłonnym o wymiarach 75x150cm służąca jako owinięcie zestawu, dwuwarstwowa o gramaturze włóknina 23g/m² oraz folii PE-film 55 mikronów, w strefie krytycznej odporność na przenikanie płynów >140cmH₂O, siła rozerwania na sucho/mokro 100/55kPa - 1szt;

Odpowiedz na Pytanie nr 1

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Ad. 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz.1 zestaw do małych zabiegów I

Zestawu o składzie:

- serweta operacyjna 45x75cm, 2 warstwowa, gramatura włóknina 27g/m² i folia PE-film o gramaturze 27,5 mikronów, odporność na przenikanie płynów 100cm H₂O - 2szt;
- serweta samoprzylepna 90x75 cm wykonana z folii PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m², o łącznej gramaturze 60,6 g/m². Odporność na przenikanie płynów 100cm H₂O w obszarze krytycznym oraz rozerwanie na sucho/mokro 88/61 kPa – 2 szt.
- kleszczyki blokowane 24cm- 1szt.



-miska 250 ml z podziałką przezroczysta z polipropylenu – 1 szt.
-osłona na stół narzędziowy 100x150 cm wzmocniona z obszarem chłonnym o wymiarach 75x150cm służąca jako owinięcie zestawu, dwuwarstwowa o gramaturze włóknina 23g/m² oraz folii PE-film 55 mikronów, w strefie krytycznej odporność na przenikanie płynów >140cmH₂O, siła rozerwania na sucho/mokro 100/55kPa - 1szt;

Odpowiedz na Pytanie nr 1

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Ad. 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz. 2 Zestaw do małych zabiegów II:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100x150cm z obszarem chłonnym o wymiarach 75x150cm służąca jako owinięcie zestawu, dwuwarstwowa o gramaturze włóknina 23g/m² oraz folii PE-film 55 mikronów, w strefie krytycznej odporność na przenikanie płynów >140cmH₂O, siła rozerwania na sucho/mokro 100/55kPa - 1szt;
2. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepłą 90x75 cm, wykonana z folii PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m², o łącznej gramaturze 60,6 g/m². Odporność na przenikanie płynów 100cm H₂O w obszarze krytycznym oraz rozerwanie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt
3. Kleszczyki blokowane o długości 20(+/- 5cm) do mycia pola operacyjnego -1szt
4. Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 200ml(+/-50ml) przezroczysta - 1szt.
5. Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 75 x 80 cm z otworem otworem przyklepnym owalnym 6x15 cm

Odpowiedz na Pytanie nr 1

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Pytanie nr 2

Pakiet nr 6

Ad. 1 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm z taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm z taśmą lepłą w środkowej części serwety

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm z taśmą lepłą w środkowej części serwety

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m²

Osłona na stolik Mayo wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem 65x85cm wykonanym z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m² (łącznie gramatura 140g/m²)

Serweta na stół do instrumentarium wykonana z nieprzemakalnej folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 85g/m².



Odpowiedz na Pytanie nr 2

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Ad. 2 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o

gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura

140g/m²). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O

Osłona na stół Mayo wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem 65x85cm wykonanym z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m² (łącznie gramatura 140g/m²)

Serweta na stół do instrumentarium wykonana z nieprzemakalnej folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 85g/m².

Odpowiedz na Pytanie nr 2

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie asortymentu

Zgodnie z SWZ - Odporność na przenikanie cieczy 900 cm H₂O

Pytanie nr 3

Pakiet 8

Ad. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, spełniającej wymagania wysokie obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedz na Pytanie nr 3

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Pytanie nr. 4

Pakiet nr 9

Ad. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz.1 zestawu do zabiegów brzuszno-kroczych o składzie:

- serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczych o wymiarach 250/175/270x260 cm ze zintegrowanym ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25/30 cm, otoczony warstwą chłonna i otwór w okolicy



krocza o wymiarach 13/24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38/64cm, obłożenie wyposażone w organizatory przewodów i 4 zintegrowane kieszenie: 1 szt.

- serweta z taśmą lepłą 75cmx75 cm-1 szt.

- taśma samoprzylepna typu rzep 2,5x30 cm- 1 szt.

- ręczniki chłonne 18x25 cm-2 szt.

- osłona na stolik Mayo turkusowa 79x145 cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa min 27 g/m², folia PE 60 mikronów, odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie- 1 szt.

- osłona na stolik instrumentariuszki -jako zawinięcie zestawu 150x190 cm z warstwą chłonną o wymiarach 75x190 cm, gramatura 23g/m² oraz folii PE 55 mikronów- 1 szt.

Odpowiedz na Pytanie nr 4

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Pytanie nr 5

Pakiet nr 11

Ad. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwetki 30,5 x 34cm, wykonanych z chłonnej celulozy o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedz na Pytanie nr 5

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie asortymentu

Zamawiający:

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Zak