



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-15-EFK/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 4

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Część 2

1. **Pozycja 8-** prosimy o dopuszczenie wbudowanej turbiny powietrznej, dodatkowe źródło powietrza nie jest wymagane.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. **Pozycja 14-** prosimy o odstąpienie od wymogu i punktowania parametru, w przypadku gdy czas pracy wynosi minimum 4 godziny, funkcja nie jest wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. **Pozycja 28-** Prosimy o dopuszczenie PSV-S/T wentylacja wspomagająca ciśnienie ze spontanicznym wyzwalaczem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. **Pozycja 35-** Prosimy o dopuszczenie czas plateau regulowany automatycznie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. **Pozycja 39-40-** Prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. **Pozycja 57,58,59-** Prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. **Pozycja 60-61** – Prosimy o dopuszczenie na zasadzie punktowania: pomiar objętości wycieku i procent wycieków w drogach oddechowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. **Pozycja 64-** Prosimy o odstąpienie od wymogu.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 4

1. **Pozycja 18-** Prosimy o dopuszczenie: Nachylenie materacyka realizowane poza przedziałem pacjenta, regulacja z poziomu panelu dotykowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. **Pozycja 32-** Prosimy o dopuszczenie zamiast trybu kangurowania urządzenia, którego utrzymanie stabilnego środowiska jest możliwe dzięki trybowi kontroli temperatury powietrza, który działałby nawet podczas nieobecności pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. **Pozycja 37-** Prosimy o odstąpienie od wymogu. Ścięta pokrywa inkubatora zapobiega kontaktowi kondensatu z pacjentem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. **Pozycja 38-** Prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
dr med. Elżbieta Wrzesińska-Żak