



Poznań, dnia 31.10.2023 r.

SR/XV-270-25(1)-EFK/23

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-25-EFK/23

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### **ZESTAW PYTAŃ 1:**

#### **Pytania do pakietu 1 System laserowy CO2 z wyposażeniem**

**Pytanie 1** Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych cenowo dopuści produkt równoważny, który spełnia warunki specyfikacji w punktach 24-39 za pomocą wbudowanego światłowodu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga niezależnego lasera diodowego wersji mobilnej (przenośnej) o dwóch długościach fali z możliwością jednoczesnej emisji obu długości fal w jednej wiązce.

**Pytanie 2** Na podstawie art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co działa na szkodę interesu publicznego. W przypadku odpowiedzi odmownej, aby zapewnić warunki równoważność produktu, prosimy podać rozwiązania funkcjonalne (lecniczne) jakie ma spełniać produkt, tak by Zamawiający uzyskał urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia w oparciu o jego przeznaczenie a nie tylko sztywne dane techniczne

**Odpowiedź:** Wymagania funkcjonalne zostały opisane w przedmiocie zamówienia. Przedmiot zamówienia musi posiadać właściwości kliniczne i zakres zastosowań typowy dla lasera chirurgicznego Co2 oraz chirurgicznego lasera diodowego o dwóch długościach fali w wersji przenośnej, tak aby możliwe było niezależne i jednoczesne używanie obu laserów.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem  
p.o. DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
*lek.med. Elżbieta Włoszńska-Żak*

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>  
2/ <https://raszeia.poznan.pl/>  
3/ a/a