



Poznań, dnia 11.12.2023 r.

SR/XV-270-26(19)-AG/23

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-26-AG/23

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 13

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### ZESTAW PYTAŃ 13:

#### Pytanie nr 1.

1. Dotyczy Pakiet 49 poz. 1-8 Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy posiadały gramaturę min. 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 2.

2. Dotyczy Pakiet 58 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na taśmę o długości 50m?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
*[Podpis]*  
lek. med. Ewelina Wroczyńska-Zak

