



Poznań, dnia 11.12.2023 r.

SR/XV-270-26(28)-AG/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-26-AG/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 22

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 22:

Pytanie nr 1.

Pakiet 6

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ± 2 cyfry, kompatybilnych z urządzeniami pracującymi w technologii Nellcor / Nellcor Oximax, przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.

Prosimy o odstępianie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.

Pytanie nr 2.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników, nie zawierających lateksu, bezklejowych, hypoalergicznym dla szczególnie wrażliwej skóry, dla pacjentów poniżej 3 kg, zapinanych za pomocą jednego paska na rzep, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ± 3 cyfry, sensor kompatybilny z urządzeniami pracującymi w technologii Nellcor OxiMax

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.



Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania stabilizatora na kostkę.

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższych.


Pytanie nr 3.

Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)

Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało o wymiarach 195X100cm



Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4.

Pakiet 28

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27cm

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26-35,5cm

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-45cm

Poz. 1-3 prosimy o wskazanie czy mankiety mają posiadać konektory do podłączenia do przewodu powietrznego kardiomonitora - jeśli tak to prosimy o wskazanie modelu kardiomonitora, z którym będą stosowane

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 18-26 cm, 25-35 cm, 34-47 cm, 6-11 cm dług. 21 cm szer. 6 cm, 9-14 cm dług. 21 cm szer. 6,5 cm, 10-19cm dług. 29 cm szer. 8,8 cm



Poz. 4 prosimy o wskazanie czy mankiety mają posiadać konektory do podłączenia do przewodu powietrznego kardiomonitora - jeśli tak to prosimy o wskazanie modelu kardiomonitora, z którym będą stosowane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Konektory muszą pasować do Philips Intellview MP 50 Anesthesia, będących w użytkowaniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5.

Pakiet 34

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych jednorazowego użytku, do strzygarki z poz. 2. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie strzygarki akumulatorowej z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo (ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych miejsc), z baterią Li-ion zapewniającą 60 min pracy po pełnym naładowaniu, w kpl. ładowarka.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpital Miejski
im. Franciszka Raszei
lek. med. *[Podpis]*

