



Poznań, dnia 11.12.2023 r.

SR/XV-270-26(33)-AG/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-26-AG/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 27

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 27:

Pytanie nr 1.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne wykonane z trzech warstw włókniny ($25\text{g/m}^2+25\text{g/m}^2+25\text{g/m}^2$)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne o poziomie filtracji bakteryjnej min. 98,2%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne o ciśnieniu różnicowym $34,67\text{ Pa/cm}^3$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 5.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek w kolorze zielonym i w niebieskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SWA.

Pytanie nr 6.

Pakiet 2, pozycja 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wziernik 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik 20x26mm z gumką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za 4000sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 11.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik 20x27mm z gumką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12.

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę 54mm na piance z żelem stałym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13.

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę 30mm na piance z żelem stałym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14.


Pakiet 25, pozycja 9-10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15.

Pakiet 25, pozycja 11



Czy Zamawiający dopuści atraumatyczną szczoteczkę o zakończeniu: ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16.

Pakiet 30, pozycja 1



Czy Zamawiający oczekuje maszynek jednostrzowych, dwustrzowych czy z okienkiem podglądu typu gallant?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania maszynek dwustrzowych.

Pytanie nr 17.

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18.

Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści miskę 315x255x110mm, odporną na przesiąkanie do 4h, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19.

Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nerkę 245x115x50 mm (wymiary +/- 5 mm (dł x szer x wys)), spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20.

Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary Y z 1 regulowaną opaską na rzep występujące w rozmiarach:

S	200 – 200 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm ?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21.

Pakiet 33, pozycja 1



Czy Zamawiający dopuści opaski o wyraźnym kolorze niebieskim/różowym jak na



zdjęciu: o długości 17cm i szerokości w części do opisu 20mm, z karteczką z oznaczonymi polami do opisu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22.

Pakiet 33, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23.

Pakiet 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG 152x90x150?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24.

Pakiet 35, pozycja 5,6

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25.

Pakiet 35, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier K-65 w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26.

Pakiet 35, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108mm x 23m lub 107mm x 23m?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27.

Pakiet 35, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28.

Pakiet 35, pozycja 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu papierów oryginalnych i dopuści kompatybilne odpowiedniki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 29.

Pakiet 38, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością wyciągu z mączki koloidalnej, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami producenta, chlorowane od wewnątrz, kolor popielaty, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,09+/- 0,02 mm, na dłoni 0,07+/- 0,02 mm, AQL 1.5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA. Rozmiary XS-XL. Pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30.

Pakiet 38, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, mikrotekstura na całej rękawicy plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na



mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90 cm; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwale zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z folii o gramaturze 25g/m², wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oddychający podkład w rozmiarze 60 x 90 cm z powierzchnią pokrytą włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², częścią spodnią z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m², z wkładem chłonnym z superabsorbentem o gramaturze 125g /m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600 ml wg EN ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 34.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o paroprzepuszczalności min. 3500 g/m²/24h?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35.

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał podkłady wyposażone w superabsorbent, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, redukujący zapach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36.

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37.

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe sterylne w rozmiarze 75x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38.

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a'1szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39.

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy, o lekko tłoczonyj powierzchni przyspieszającej absorbcję wody, o wysokiej gramaturze materiału - 50g/m² zapewniającej dokładne osuszenie skóry, miękkie i wytrzymałe, w rozmiarze 40 cm x 70 cm, w opakowaniu foliowym a'50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 40.

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41.

Pakiet 50, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42.

Pakiet 51, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43.

Pakiet 51, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu -potwierdzone informacja na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje powyższego. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44.

Pakiet 51, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości min. 245mm, przebadanych na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45.

Pakiet 52, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach



palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankietcie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, mediana siły zrywu min. 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. (z przeliczeniem zaferowanej ilości do: poz. 1-3 – 200 op., poz. 4 – 42 op.)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46.

Pakiet 53, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki



niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47.

Pakiet 54, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48.

Pakiet 54, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49.

Pakiet 54, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50.

Pakiet 54, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez wzmocnienia 48 nitkami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51.

Pakiet 54, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52.

Pakiet 54, pozycja 4



Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53.

Pakiet 54, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54.

Pakiet 54 pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści ubrania tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga powyższego. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55.

Pakiet 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 210cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56.

Pakiet 65, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57.

Pakiet 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58.

Pakiet 65, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59.

Pakiet 68, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60.

Pakiet 68, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Danieleta Wyszczółka-Zak

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777