



Poznań, dnia 11.12.2023 r.

SR/XV-270-26(34)-AG/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-26-AG/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 28

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 28:

Pytanie nr 1.

1. Prosimy o wydzielenie z pakietu 36 poz. 7 do oddzielnego zadania. Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2.

2. Prosimy o doprecyzowanie Zamawiającego w pakiecie 36 poz. 7 jakiego wymaga drenu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3.

3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w pakiecie 36 poz. 7 czy dopuści dren silikonowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4.

4. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 36 poz. 7 wymaga łącznika: dren- cewnik?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5.

5. Prosimy o doprecyzowanie Zamawiającego w pakiecie 36 poz. 7 jakiego wymaga łącznika.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ



Pytanie nr 6.

6. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 36 poz. 7 wymaga regulatora montowanego na szynę czy bezpośrednio do punktu poboru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7.

7. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 36 poz. 7 przepływ 115 l/min \pm 5 l/min przy -950 mbar.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8.

8. Prosimy o rezygnację Zamawiającego w pakiecie 36 poz. 7 z parametru wydajności oraz wymagania dot. wakuometru obrotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9.

9. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie nr 36 poz. 7 regulację ssania w zakresie od 0-1000 mbar (0-760mmHg)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10.

10. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie nr 36 poz. 7 dopuści pojemnik zabezpieczający o pojemności 50 ml. Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed zalaniem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ


Pytanie nr 11.

11. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w pakiecie nr 36 poz. 7 urządzenie wykonane z wytrzymałego korpusu z technopolimeru wraz z ochronną silikonową osłoną zapobiegającą uszkodzeniom miernika na skutek ewentualnych wstrząsów powstałych podczas transportu lub użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12.

12. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w umowie „do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru, datę ważności, ilość i cenę - faktura VAT (oryginał dla Zamawiającego), oraz stosowną informację dotyczącą posiadania aktualnych świadectw rejestracji...”. Czy przez dokument świadectwa rejestracji Zamawiający ma na myśli certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych?



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w powyżej proponowanym zakresie.

Pytanie nr 13.

13. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w pakiecie nr 36 poz. 7 za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
[Podpis]
dok med. Elżbieta Włoszńska-Żak

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a

