



SR/XV-270-26(2)-AG/23

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-26-AG/23

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### **ZESTAW PYTAŃ 2:**

#### **Pytanie nr 1**

Dot. Pakiet 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 35 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Dot. Pakiet 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miskę 4L o wymiarach 362 mm x 255 mm x 110 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 3**

Dot. Pakiet 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkę o pojemności 700 ml i o wymiarach 252 mm x 150 mm x 46 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Pakiet nr 47

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła na stół operacyjny o wymiarach 100 x 2120 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



---

## Pytanie nr 5

Pakiet 51 poz 1-4

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przy spełnionych pozostałych wymaganiach

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 6

Pakiet 54, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach minimum 130 x 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 7

Pakiet 54, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w kolorze białym, wzmacnianie nitkami w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 8

Pakiet 54, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim, nieprześwitujące?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe zgodnie z SWZ.

## Pytanie nr 9

Pakiet 54, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga ubrań we wszystkich 3 kolorach?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów co najmniej w jednym z wymienionych w SWZ kolorów – w kolorze zielonym i/lub niebieskim i/lub fioletowym. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. Barbara Wesołowska-Żak