



Poznań, dnia 08.01.2024 r.

SR/XV-270-30(6)-EFK/23

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-30-EFK/23

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 6

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### ZESTAW PYTAŃ 1:

#### Pytanie1:

##### **Dotyczy Pakiet 33 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na worek o pojemności 600 ml., pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na worek o pojemności 600 ml.

##### **Dotyczy Pakiet 33 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instrument ssąso-płuczający o końcówce 5 mm lub 10 mm i długości 33 mm lub 45 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na instrument ssąso-płuczający o końcówce 5 mm lub 10 mm i długości 33 mm lub 45 cm.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
lek. med. Sławomir Wesołowska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>  
2/ <https://fraszka.poznan.pl/>  
3/ a/a