



Poznań, dnia 10.01.2024 r.

SR/XV-270-30(8)-EFK/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-30-EFK/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 8

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dotyczy przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 29

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 29, w miejsce pierwotnych parametrów, cystotomu stosowanego do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
[Podpis]
lek. med. Ełżbieta Wrzesińska-Żak