



Poznań, dnia 31.12.2024 r.

SR/XV-270-31(2)-AG/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-31-AG/24

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1:

Pytanie 1 – Pakiet nr 8 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgiczny, wzmocniony, sterylny spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Pytanie 2 – Pakiet nr 8 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, wzmocnionego, sterylnego wykonanego z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Pytanie 3 – Pakiet nr 12 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego fartucha chirurgicznego wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10 cm na jednej części fartucha i 10cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę bez kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarówką i zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40cm, gramatura min.50g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min.66cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 38kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min.91.6N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?




Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem



Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
Szpital Miejski
im. Franciszka Raszei

mgr Mariola Chlebowska

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a