



Poznań, dnia 31.12.2024 r.

SR/XV-270-31(3)-AG/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-31-AG/24

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego zgodnego z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonany jest z włókniny typu SSMMS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o poniższym składzie i parametrach:

- 1/Obłożenie chirurgiczne do operacji tarczycy o wymiarach 300 cm x 220 cm z otworem samoprzylepnym w kształcie rombu o wymiarach boków 13x13cm z łata chłonną w strefie krytycznej o wym. 50x75 cm oraz dodatkowo 3 potrójne zintegrowane organizatory przewodów - 1szt.
- 2/Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190cm z obszarem chłonnym o wymiarach 64x190 cm i gramaturze materiału w polu krytycznym 93g/m², służąca jako owinięcie zestawu - 1szt.
- 3/ Taśma przylepna 10x50cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m² - 1szt.
- 4/ Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm z obszarem chłonnym o wymiarach 64x145cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 89g/m², wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm i włókniny polipropylenowej 40 g/m² – 1szt.
- 5/ Ręczniki chłonne o wymiarach min. 40 x 30 cm - 2szt

Serwety do obłożenia stolików instrumentarium i Mayo Pozycje spełniają : w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej -min 23g/m² oraz grubości folii PE min.40 mikronów. Serweta właściwa wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze całkowitej 67,5 g/ m²; wokół otworu dodatkowa warstwa chłonna z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) 67,5 g/ m²- łączna gramatura w strefie chłonnej 135 g/ m². Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwety min. 240 cm H₂O, absorpcja min. 196 ml/dm²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

mgr Mariola Chlebowska

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeia.poznan.pl/>
3/ a/a