



SR/XV-270-31(5)-AG/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-31-AG/24

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1:

Pakiet nr 3

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów w którego składzie nożyczki metalowe ostro/ostre są w rozmiarze 11,6 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Pakiet nr 6

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie komponenty d i g:

d) serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite 80 cm x 145cm, całkowita gramatura laminatu min. 87g/m² -1 szt.

g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min. 150 cm x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna- 75 cm x 190cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) – o gramaturze min. 55g/m² – pozostałe komponenty zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Pakiet nr 6

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:



- a) serweta górna wzmocniona (pad chłonny), z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny 240 cm x 150cm - 1szt.
- b) serwety boczne, wzmocnione (pad chłonny), z taśmą samoprzylepną 90 cm x 75cm - 2szt.
- c) serweta dolna wzmocniona (pad chłonny) z taśmą samoprzylepną 200 cm x 200 cm - 1szt.
- d) serweta na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. 60 cm x 145 cm, wymiary całkowite 80 cm x 145 cm, całkowita gramatura laminatu min. 87g/m² -1 szt.
- e) taśma lepna, włókninowa 10 cm x 50 cm - 1szt.
- f) ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm - 4 szt.
- g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego min. 150 cm x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna- 75 cm x 190cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.
- Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) – o gramaturze min. 55g/m²
Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 204 cmH₂O.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Pakiet nr 6

Pozycje 3 i 4 – Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie 5:

Pakiet nr 6

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm, stanowi owinięcie zestawu
- 2 x uchwyt rzep 2,5cm 14cm
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80cm x 145 cm
- 20 x kompres z gazy ze znacznikiem rtg, 10cm x 10 cm
- 3 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS wzmocniony XXL, długość: 160 cm
- 1 x dren do ssaka 200 cm 28/9,33 CH/mm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa 250/200cm x 320cm, otwór 29cm x 19 cm
- 2 x ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
- 1 x strzykawka Luer 10 ml
- 1 x zestaw przeciw parowaniu optyki 6 ml

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:



Pakiet nr 6

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

1 x serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego ze wzmocnieniem (padem chłonnym) o wym. 250/260 cm x 290cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestetycznym, w części brzusznej otwór 28 cm x 32 cm, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór 12x15cm wraz z przysłaniającą go kłapką,

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 cm x 145cm;

1 x serweta operacyjna, dwuwarstwowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm;

1 x taśma lepna, włókninowa 10 cm x 50 cm;

4 x ściereczki chłonne celulozowe 30 cm x 33 cm

2 x uchwyt typu rzep 2 cm x 23 cm

całość owinięta we wzmocnioną serwetę na stolik narzędziowy 150 cm x 200cm

Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m² oraz w strefie wzmocnionej min. 110 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 300 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O, chłonność min. 156 ml/m².

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m².

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 7:

Pakiet nr 7

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeń w rozmiarze 56 cm x 90 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 8:

Pakiet nr 7

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną kieszeń samoprzylepna dwukomorowa, w rozmiarze 43 cm x 38 cm i grubości 90 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 9:**Pakiet nr 9**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm – stanowi owinięcie zestawu
 - 1 x fartuch chirurgiczny standard L
 - 4 x ręcznik chłonny 33cm x 30cm
 - 3 x fartuch chirurgicznym standard XL
 - 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarze 60cm x 145cm, całkowita gramatura laminatu min. 87g/m²
 - 1 x serweta dwuwarstwowa 200cm x 120cm, U przylepne 19,5cm x 19 cm
 - 1 x serweta dwuwarstwowa 200cm x 245cm, U przylepne 19,5cm x 19 cm
 - 10 x Telaprep tupfer z gazy ze znacznikiem rtg, No. 1
 - 1 x mata magnetyczna 40cm x 25cm
 - 20 x Kompres z gazy ze znacznikiem rtg, 10cm x 10cm
- Zestaw wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 10:**Pakiet nr 11**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne, chłonne ręczniki celulozowe do absorpcji płynów lub osuszania powierzchni i sprzętu o gramaturze min. 60g/m², w rozmiarze 30 cm x 33 cm, w op. zawierające 50 szt (25 x 2 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
mgr Marzenna Cieliecka

1/ Platforma e-Zamówienia <https://zamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a

