



SR/XV-270-31(9)-AG/24

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-31-AG/24

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 9

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### ZESTAW PYTAŃ 1:

#### Pytanie 1:

**Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiający otwieranie z piktogramem informującym o kierunku otwierania tylko od strony folii?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 2:

**Pakiet 1, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą podfoliowaną 100x150 cm (w miejsce serwety 150/90cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 3:

**Pakiet 1, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chirurgiczną 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 7cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 4:

**Pakiet 1, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem okrągłym poj. 120 ml, z podziałką?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 5:

**Pakiet 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa



1 x Pęseta plastikowa 13cm  
10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm  
1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock  
1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock  
1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)  
1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)  
1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm  
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa z otworem o średnicy 10cm oraz przylepnymi rogami?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6:**

**Pakiet nr 2, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności 12,8g/g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7:**

**Pakiet nr 2, poz. 4** – Czy Zamawiający wymaga aby podkład dla dzieci posiadał kolorowy nadruk na warstwie spodniej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga powyższego.

**Pytanie 8:**

**Pakiet nr 2, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'15szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9:**

**Pakiet nr 2, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10:**

**Pakiet nr 2, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne o poniższym składzie?



opis części składowej wyrobu	funkcja części	materiał /surowiec	kolor
warstwa kontaktowa z raną	część bezpośrednio stykająca się z raną zapewniająca przejście wysięku do rdzenia opatrunku oraz bezbolesną zmianę opatrunku	100% włóknina ES (etylenowo-propylenowa)	biały
warstwa otaczająca wkład chłonny	część otaczająca wkład chłonny	100% celuloza	biały
wkład chłonny	część pochłaniająca (absorbująca) nadmiar wysięku, krwi, płynów ustrojowych z ran	wata bawełniana SAP – poliakrylan sodu grubość: 1,5 cm chłonność ≥ 280ml	biały
warstwa spodnia	część nieprzemakalna, zapobiega przesiąkaniu opatrunku	folia PE	różowy
zewnątrzna część przyklepna	umożliwia zamocowanie opatrunku	klej	przeźroczysty
papier zabezpieczający	ochrania część lepną	papier	biały

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 11:

**Pakiet nr 2, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 12:

**Pakiet nr 2, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm, pakowany a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 13:

**Pakiet nr 2, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści serwety 8 warstwowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 14:

**Pakiet nr 2, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 15:

**Pakiet nr 2, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



**Pytanie 16:**

**Pakiet nr 2, poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 17:**

**Pakiet nr 2, poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18:**

**Pakiet nr 2, poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 19:**

**Pakiet nr 2, poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie 20:**

**Pakiet nr 3, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm
- 1 x Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 zębki 14,5cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 23cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 18cm
- 1 x Nożyczki metalowe ostre/tępe 15cm
- 20 x Kompres z gazy 13N 8W 10cm x 10cm
- 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm (niebieski SMS)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 21:**

**Pakiet nr 3, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści większą ilość w opakowaniach zbiorczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zastosowaniu odpowiedniego przeliczenia opakowań zbiorczych.

**Pytanie 22:**

**Pakiet nr 3, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)



- 1 x Igiotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

### Pytanie 23:

**Pakiet nr 3, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?


**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie 24:

**Pakiet nr 6, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>?



**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie 25:


**Pakiet nr 6, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>,



zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 197 cm H<sub>2</sub>O.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>?



**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 26:

**Pakiet nr 6, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do operacji kończyny o wymiarach 230 x 300cm z otworem samouszczelniającym się o śr. 7cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie 27:

**Pakiet nr 6, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi 45 x 70 cm, 6-warstwowe, 17-nitkowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 28:

**Pakiet nr 6, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP), posiada wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny SM o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 197cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej na sucho/mokro 172/180 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 29:



**Pakiet nr 6, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do laparoskopii z materiału dwuwarstwowego 200/270x300cm o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm, wokół pola operacyjnego dodatkowa warstwa SM w rozmiarze 60cm x 60cm, gramatura wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>, rozrywanie na sucho/mokro 106,5/89,9kPa, odporność na przenikanie płynów 197cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 30:

**Pakiet nr 6, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego (dł.210cm CH24, lejek-lejek)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 31:

**Pakiet nr 6, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm wykonana z mocnej nie przemakalnej folii z warstwą chłonną 60cm x 145cm. Serweta wykonana z folii PE 50 g/m<sup>2</sup> + wzmocnienia w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 32:

**Pakiet nr 6, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznym z włókniny bawełnopodobnej Comfort z elastycznym dzianinowym mankietem, z materiału typu Spunlance w rozmiarze XL, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 33:

**Pakiet nr 6, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na stolik instrumentalny ze wzmocnieniem w rozmiarze 65cm x 190cm, wykonana z folii PE 40 g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.


#### Pytanie 34:

**Pakiet nr 6, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:  
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność warstwy zewnętrznej 304% :

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm



- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 35:

**Pakiet 7, poz.1** – Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 50 x 50 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 36:

**Pakiet 7, poz.2** – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 40 x 30cm, wykonaną z folii o grubości 0,065mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 37:

**Pakiet 9, poz.1** – Czy Zamawiający w miejsce opisanego zestawu dopuści zestaw o poniższym składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, obszar chłonny 65 x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace 68g/m<sup>2</sup>
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze SM o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.





**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie 38:


**Pakiet 9, poz.1** – Czy Zamawiający w miejsce opisanego zestawu dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, włóknina spunlace 68g/m<sup>2</sup>
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze SM o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.





**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 39:**

**Pakiet nr 10, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 90 cm do znieczulenia przewodowego z centralnie położonym otworem przylepnym 10 x 15 cm, otoczonym warstwą przylepną 15 cm x 20 cm, serweta posiada dodatkowo 4 przylepce 5 x 5 cm na rogach serwety. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 40:**

**Pakiet nr 10, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 60 cm do znieczulenia przewodowego z centralnie położonym otworem przylepnym 6 x 9,5 cm, otoczonym warstwą przylepną 12 cm x 15 cm, serweta posiada dodatkowo 4 przylepce 5 x 5 cm na rogach serwety. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 41:**

**Pakiet nr 10, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109,0/99,4 kPa, chłonność 600%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełnia wymagania nbormy PN EN 13795 wymagania wysokie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 42:**

**Pakiet nr 10, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150 x 190 cm na stolik instrumentariuszki, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, chłonność 350%?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 43:**

**Pakiet nr 10, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z: celuloza – 2 x 18 g/m<sup>2</sup> (tj.36g/m<sup>2</sup>), folia PE - grubość 16 +/- 1 µm?



---

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 44:**

**Pakiet nr 10, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 45:**

**Pakiet nr 10, poz. 6** – Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Abri-Soft Premium to przepuszczający powietrze, jednorazowy podkład do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych.

Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład Abri-Soft Premium jest wyjątkowo mocny. Został przebadany pod kątem obciążenia do 150 kg przez maksymalnie 1 minutę. Materiał Pulpa, włóknina, PE, SAP, bibułka

Długość/głębokość 220 cm

Szerokość 100 cm

Masa, netto 272 g

Tolerancja +/- 2 cm

Chłonność wg Rothwell 4500 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 46:**

**Pakiet nr 10, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 47:**

**Pakiet nr 10, poz. 7** – Czy w miejsce opisanego prześcieradła Zamawiający dopuści kocyk o poniższym opisie?

Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup> w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 48:**

**Pakiet nr 10, poz. 7** – Czy w miejsce opisanego prześcieradła Zamawiający dopuści kocyk o poniższym opisie?

Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z



przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 49:**

**Pakiet nr 11** - Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne sterylne wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 40x40cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 50:**

**Pakiet nr 12, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 51:**

**Pakiet nr 15, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 52:**

**Pakiet nr 15, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści skalpel (ostrze z trzonkiem) ze Swanna Mortona?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem  
Z-CIA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
mgr Mariola Chlebowska