



Poznań, dnia 18.03.2025 r.

SR/XV-270-5(2)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-5-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dotyczy : PAKIET NR 3 AKCESORIA – WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu urządzenia w punkcie B - wideolaryngoskop?

Wyodrębnienie tego produktu do osobnego pakietu przez Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz dodatkowo zapewni konkurencyjność cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, wideolaryngoskop:

- z kolorowym ekranem TFT LCD 3" o wysokiej rozdzielczości 720x480 px,
- pamięcią 32 GB,
- z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitora (poprzez WiFi) oraz do komputera (microUSB, transfer zarejestrowanych filmów i zdjęć);
- z możliwością obracania monitora w dwóch płaszczyznach, lewo/prawo: 270°, góra/dół: 110°,
- z kątem pola widzenia kamery CMOS 60 stopni,
- z rękojeścią wielorazową A3 oraz z łyżkami laryngoskopowymi jednorazowego użytku w 3 rozmiarach
 - A2 (dzieci w wieku 2-6 lat 13,2-23,6 kg),
 - A3 (dzieci w wieku od 6 lat i dorośli >23,6 kg)
 - A4 (dorośli i osoby otyłe)
- z czasem pracy akumulatora 2250mAh 210 minut,
- z automatycznym wyłączaniem urządzenia po 10 minutach bezczynności,
- Źródło światła: dioda LED, >1500luxów, 5500-6500K?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, wideolaryngoskop:

- z kolorowym ekranem TFT LCD 3" o wysokiej rozdzielczości 720x480 px,

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



- pamięcią 32 GB,
- z możliwością podłączenia do zewnętrznego monitora (poprzez WiFi) oraz do komputera (microUSB, transfer zarejestrowanych filmów i zdjęć);
- z możliwością obracania monitora w dwóch płaszczyznach, lewo/prawo: 270°, góra/dół: 110°,
- z kątem pola widzenia kamery CMOS 60 stopni,
- z rękojeściami wielorazowymi A0 i A3 oraz z łyżkami laryngoskopowymi jednorazowego użytku w 6 rozmiarach
 - A0 (noworodki 2,7-3,8 kg)
 - A1 (dzieci do 2 lat 3,4-13,2 kg)
 - MA1 (dzieci do 2 lat 3,4-13,2 kg)
 - A2 (dzieci w wieku 2-6 lat 13,2-23,6 kg),
 - A3 (dzieci w wieku od 6 lat i dorośli >23,6 kg)
 - A4 (dorośli i osoby otyłe)
- z czasem pracy akumulatora 2250mAh 210 minut,
- z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 10 minutach bezczynności,
- Źródło światła: dioda LED, >1500luxów, 5500-6500K?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Szustka-Zak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://iraszeja.poznan.pl/>
3/ a/a