



Poznań, dnia 15.03.2025 r.

SR/XV-270-8(3)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Nr ref.: SR/XV-270-8-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 3

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 3:

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ OPZ pakiet nr 2

Pytanie nr 1

Pytanie 1 dot. pkt 15 Załącznik nr 2 do SWZ

Nasz program do sczytywania danych z pompy wymaga podłączenia kabla USB do komputera. Kabel USB jest dołączony do każdego zestawu dla pacjenta oraz przekazujemy dodatkowy kabel do poradni diabetologicznej/szpitala prowadzącej terapię. Jaką ilość ww. kabla USB Zamawiający wymaga do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą pomp?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 dot. pkt 21 Załącznik nr 2 do SWZ


Nasz system stale monitoruje i wyświetla na ekranie pilota sterującego procentowy poziom naładowania baterii pompy i baterii pilota. Dodatkowo włącza się alarm dźwiękowy przy rozładowaniu baterii na poziomie 95%. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie 3 dot. pkt 22 Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści do wyceny pompę, która nie ma dodatkowych akcesoriów koniecznych do korzystania z osobistej pompy insulinowej poza zestawem oraz które muszą być systematycznie wymieniane?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pytanie 4 dot. pkt 31 Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający pod pojęciem "podłączenie pompy w ustalonym terminie w ośrodku podłączającym pompę" ma na myśli obecność Przedstawiciela firmy oferującej pompę, przy zakładaniu zestawu infuzyjnego przez Zespół Diabetologiczny oraz wsparcie techniczne przy podłączeniu pompy?
Prosimy o zmianę zapisu:

„Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę- podpisuje kartę szkolenia.”

Na

„Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz wsparcie techniczne przy podłączaniu pompy przez zespół diabetologiczny w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę- podpisuje kartę szkolenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wsparcie edukacyjne dotyczące technicznej obsługi pompy podczas szkolenia prowadzonego przez członków zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę. **Zamawiając wymaga niniejszego zarówno dla pakietu nr 1, jak i nr 2 oraz nr 3 .**

Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną powyżej modyfikację treści zapisu zarówno w zakresie pakietu nr 2, jak i pakietu nr 3 oraz nr 1. Tym samym pkt. 31 Załącznika nr 2 do SWZ OPZ pakiet nr 2, jak i pkt. 31 Załącznika nr 2 do SWZ OPZ pakiet nr 3 oraz pkt. 32 Załącznika nr 2 do SWZ OPZ pakiet nr 1 przyjmują następującą treść: „Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz wsparcie techniczne przy podłączaniu pompy przez zespół diabetologiczny w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę- podpisuje kartę szkolenia.”

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wronowska-Żak