



Poznań, dnia 11.07.2025 r.

SR/XV-270-16(14)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-16-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 11

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 11:

Pytanie 1

Pakiet 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH9 długość 50 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 7, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH12 długość 50 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Pakiet 7, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH24 długość 50 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Pakiet 7, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH30 długość 50 cm



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 7, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH33 długość 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Pakiet 7, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z przezroczystego silikonu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości z 6 naprzeciwlegle rozmieszczonymi otworami podwójnie pakowany , sterylny . Rozmiar CH36 długość 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Pakiet 7 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z gładkiego odpornego na załamania PCV z wewnętrzną warstwą poliuretanu z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG na całej długości z atraumatycznym uchwytem do kleszczy z gładko wykończonymi otworami bocznymi i otwartym końcem ze znacznikami głębokości co 2 cm o długości 50 cm , pakowany sterylnie Rozmiar CH28.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Pakiet 7 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z gładkiego odpornego na załamania PCV z wewnętrzną warstwą poliuretanu z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG na całej długości z atraumatycznym uchwytem do kleszczy z gładko wykończonymi otworami bocznymi i otwartym końcem ze znacznikami głębokości co 2 cm o długości 50 cm , pakowany sterylnie Rozmiar CH32.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9


Pakiet 7 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości co 2 cm rozm. 10F/22cm sterylny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

Pakiet 7 pozycja 12-17



Czy Zamawiający dopuści Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu z linią widoczną w RTG ze znacznikami głębokości co 2 cm, sterylny, podwójne opakowanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

Pakiet 7 pozycja 20, 21, 22

Czy Zamawiający dopuści łyżki spełniające poniższy opis:

Jednorazowe łyżki plastikowe do laryngoskopu typ Macintosh: kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, okrągłym przekroju od strony źródła światła, osłonięty, zabudowany za wyjątkiem końca światłowodu doświetlającym wnętrze jamy ustnej i gardła. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po stronie widocznej dla użytkownika podczas intubacji. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu numer serii i data ważności. Data produkcji zawarta w numerze serii. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji.

Wymiary:

Rozmiar 2 – długość 120mm, szerokość końcówki wprowadzanej około 16 mm, grubość mocowania około 13mm, szerokość w najszerszym miejscu ok 24mm

Rozmiar 3 – długość 140mm, szerokość końcówki wprowadzanej około 18 mm, grubość mocowania około 13mm, szerokość w najszerszym miejscu ok 26mm

Rozmiar 4 – długość 160mm, szerokość końcówki wprowadzanej około 18 mm, grubość mocowania około 13mm, szerokość w najszerszym miejscu ok 28mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12

Pakiet 7 pozycja 26, 27, 28, 29

Czy Zamawiający dopuści maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinięcia nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta.

W zestawie lubrykant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.

W rozmiarach (2 – 5) i zakresach wagowych: 10- 20kg (2); 30-50kg (3); 50-70kg (4); 70-100kg (5).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13

Pakiet 7, pozycja 30:

Czy Zamawiający dopuści Spike z krótką elastyczną przedłużką i zaworem samodomykającym, bez odpowietrznika, długość linii głównej 9,5cm, nie zawiera lateksu naturalnego i DEHP. Służy do przygotowywania i pobierania leków, z zaworem samodomykającym z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, do zastosowania do 96 godzin lub maksymalnie 100 razy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777