



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-16-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 14

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 14:

Dotyczy Pakietu nr 26


Poz.1 Czy Zamawiający dopuści igłę do portu bezpieczną ze skrzydełkami, z atraumatycznym szlifem tyżeczkowym umożliwiającym nakłucie membrany portu bez uszkodzania. 3-częściowy, teleskopowy mechanizm bezpieczeństwa - w celu optymalnej ochrony przed zakłuciem lub zacięciem zgodnie z Europejską Dyrektywą Rady 2010/32/EU. Nieodwracalna, słyszalna i odczuwalna aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa. Igła dopuszczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem podczas diagnostyki radiologicznej. Elastyczne, giętkie skrzydełka z karbowaniem, z wyścieleniem zapewniające wysoki komfort noszenia oraz zmniejszone podrażnienie skóry pacjenta. Kodowanie kolorystyczne wielkości igły. Przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu. Prędkość przepływu: 1,5 ml/s (22G), 4 ml/s (20G), 5 ml/s (19G). Z linią przedłużającą o długości ~20 cm. Maksymalne ciśnienie iniekcji 21 bar/~300 psi;

Igła zakończona złączem bezigłowym typu K-Zero minimalizującym wrota dla bakterii pomiędzy zewnętrzną powierzchnią złącza a wewnętrzną ścieżką płynu po aktywacji. Złącze pozwalające na pracę w układzie zamkniętym redukującym lub eliminującym przestrzeń, w której może dojść do zanieczyszczenia i rozwoju biofilmu. System dający większe bezpieczeństwo dla pacjenta i dla personelu. Złącze z neutralnym przemieszczeniem - mniejsze ryzyko niedrożności cewnika dzięki zapobieganiu cofania się krwi podczas podłączania/odłączania. Bez potrzeby zaciskania drenu.

Igła pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 sztuk.

W rozmiarach:

- G20 długość 20 mm
- G20 długość 14 mm
- G19 długość 20 mm
- G19 długość 14 mm
- G22 długość 14 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Poz.2 Czy Zamawiający dopuści igłę do portu bezpieczną z samoprzylepnym kołnierzem, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym umożliwiającym nakłucie membrany portu bez uszkodzania. Z samoprzylepnym kołnierzem: część bliższa portu przezroczysta zapewniająca łatwe umieszczenie oraz wizualną kontrolę otoczona plastrem. 3-częściowa teleskopowa ochrona igły zabezpieczająca przed przypadkowym zranieniem lub zakłuciem. Nieodwracalna, słyszalna i odczuwalna aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa

Igła wyposażona w linię przedłużającą wykonaną z poliuretanu (PU) o długości ~20 cm. Igła dopuszczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem podczas diagnostyki radiologicznej. Prędkość przepływu: 1,5 ml/s (22G), 4 ml/s (20G), 5 ml/s (19G). Chroni przed infiltracją powietrza. Nie zawiera DEHP, PVC oraz lateksu. Maksymalne ciśnienie iniekcji 21 bar/~300 psi;

Igła zakończona złączem bezigłowym typu K-Zero minimalizującym wrota dla bakterii pomiędzy zewnętrzną powierzchnią złącza a wewnętrzną ścieżką płynu po aktywacji. Złącze pozwalające na pracę w układzie zamkniętym redukującym lub eliminującym przestrzeń, w której może dojść do zanieczyszczenia i rozwoju biofilmu. System dający większe bezpieczeństwo dla pacjenta i dla personelu. Złącze z neutralnym przemieszczeniem - mniejsze ryzyko niedrożności cewnika dzięki zapobieganiu cofania się krwi podczas podłączania/odłączania. Bez potrzeby zaciskania drenu. Igła pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk.

W rozmiarach:

- G20 długość 20 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. E. Wójcik

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszei.poznan.pl/>

3/ a/a

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777

