



Poznań, dnia 09.07.2025 r.

SR/XV-270-16(6)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-16-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 3:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie 25** w pozycjach 1-2 dopuści zestaw (stosowany przez Zamawiającego) bez tasiemki do rurki tracheostomijnej, w zestawie jest opaska do rurki oraz podkładka pod rurkę; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w **Pakiecie 25** w pozycjach 1-2 dopuszcza zaoferowanie zestawu bez tasiemki do rurki tracheostomijnej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w **Pakiecie 25** w pozycjach 7-8-9 dopuści zestaw (stosowany przez Zamawiającego) do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem, o składzie:

- skalpel nr 15
- strzykawka 5 ml i 10 ml
- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)
- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości
- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
- krótkie rozszerzadło 14F
- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca”, z wygiętym uchwytem (całość wyprofilowana na
- kształt litery S), ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ścian tchawicy, ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, z ogranicznikiem głębokości wprowadzenia
- kleszczyki hemostatyczne (zakrzywione) z nierdzewnej stali
- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankieta, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera
- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera, z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem
- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do czyszczenia kaniul

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777

- opaska do rurki, podkładka pod rurkę; klin do rozłączenia układu
- jałowy żel poślizgowy 5 g
- bawełniane gaziki 9,5 x 9,5 cm (10 szt.), serweta (obłożenie).

Rozmiary rurki tracheostomijnej : 7,0 mm, 8,0 mm i 9,0 mm.

W zestawie: instrukcja użycia i etykieta do wpisania danych pacjenta.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na pojedynczej tacy (wraz z rurką tracheostomią).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie 25 w pozycjach 7-8-9 dopuszcza zaoferowanie zestawu do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o podanym powyżej składzie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
 Szpitala Miejskiego
 im. Franciszka Raszei
 lek. med. Elżbieta Włoczyńska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszeja.poznan.pl/>

3/ a/a