



Poznań, dnia 09.07.2025 r.

SR/XV-270-16(10)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-16-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 7

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 7:

Pytanie 1

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę ilości szt. w pozycji nr 1, 3, i 4 w pakiecie nr 37 do pełnych opakowań zbiorczych poszczególnych produktów z uwagi na to, że są to wyroby medyczne i dyrektywa Unii Europejskiej MDR dotycząca wyrobów medycznych wyraźnie zaznacza, że te powinny być sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylne. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Pakowane są po 30 szt. w opakowaniu zbiorczym. Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropeł siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. Pakowany jest zbiorczo po 50 opakowań (100 szt.) W związku z tym uprasza zamawiającego o zmianę ilości: 1. W pozycji nr 1 do 810 szt. 2. W pozycji nr 3 do 60 szt. lub 30 szt. 3. W pozycji nr 4 do 50 zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów zdefiniowanych w poz. nr 1, 3 i 4 pakietu nr 37 w ilościach zestawów odpowiadających zawartości ilościowej opakowań zbiorczych Wykonawcy, przy czym Zamawiający wymaga wówczas zastosowania przez Wykonawcę odpowiedniego przeliczenia ilości zestawów wyrobów wskazanych w kolumnie nr 5 Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu nr 37. Przeliczenia ilości zestawów - ze względu na ewentualną niepodzielność opakowań zbiorczych

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

- należy dokonać zaokrąglając ilość zestawów wskazanych w kolumnie nr 5 w górę, aby ilość ta odpowiadała pełnym opakowaniom zbiorczym. Tym samym we wskazanym w treści pytania przypadku należy w zakresie pozycji nr 1 zmienić ilość na 810 zestawów, w zakresie pozycji nr 3 należy zmienić ilość na 60 zestawów., a w zakresie pozycji nr 4 należy zmienić ilość na 100 zestawów.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wzrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://iraszey.poznan.pl/>

3/ a/a