



SR/XV-270-21(3)-AG/25

Poznań, dnia 22.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę płynów i sprzętu do dializy w systemie Prometheus 4008H i 5008S do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-21-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pkt. 2 i 4 opakowań o pojemności 4,7L. Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania o pojemności 4,7L, ilość sztuk pozostaje taka sama.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Fr. Raszei
lek. med. hab. dr hab. n. med. J. Miska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a