



Poznań, dnia 23.10.2025 r.

SR/XV-270-23(12)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 12

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1:

pyt. 1.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7?

Poz. 1

Worek do laparoskopii - elastyczny worek wykonany z termoplastycznego poliuretanu (TPU) przeznaczony do ewakuacji preparatu podczas operacji laparoskopowych, wyposażony w sznurek z nylonu i ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. Prosty system wprowadzania w pole operacyjne. Worek znajduje się w rurce umożliwiającej przejście przez trokar 10 mm. Wprowadzany typowym narzędziem laparoskopowym. Bez wypychacza.

- Pojemność worka - 400 ml
- Wymiary worka - szer. 147 mm x dł. 163 mm Ø83mm
- Wymiary przewodnika - 10 mm x 230 mm
- Wytrzymałość - 5N/cm

Poz. 2

WOREK DO MORCELATORA - onkologiczny; jednorazowy worek do laparoskopii używany do ekstrakcji wyciętych tkanek podczas operacji laparoskopowych onkologicznych, z użyciem morcelatora. Zapewnia bezpieczną morcelację tkanek wewnątrz tkankoszczelnego balonu. Worek z poliuretanu, sznurek z nylonu, wytrzymałość 5N/cm, wymiary Ø 150 mm x 300 mm; Przeznaczony do użytku z trokarem o Ø 10 mm lub Ø 12 mm lub większej.

Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny.

- Pojemność 3200 ml
- 3 porty dostępowe

Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź: Dla produktu z poz nr 1 pakietu nr 7 – Zamawiający dopuszcza powyższe.
Dla produktu z poz nr 2 pakietu nr 7 – Zgodnie z SWZ.



Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr Piotr Koneczka

1/ Platforma e-Zamówienia <https://zamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a