



Poznań, dnia 03.11.2025 r.

SR/XV-270-23(16)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 16

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1:

Pakiet 6

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, do pomiaru saturacji, kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 90% do 100% ± 2 cyfry i 70% do 100% ± 4 cyfry, przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisany w SIWZ.

Prosimy o odstąpienie od wymogu wbudowanej pamięci cyfrowej, gdyż oryginalne czujniki również nieposiadają tej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Pakiet 6

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, bezklejowych, piankowych, zapinanych na velcro (1 pasek, bez stabilizatora na kostkę), do pomiaru saturacji, kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 90% do 100% ± 2 cyfry i 70% do 100% ± 4 cyfry, przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Prosimy o możliwość złożenia oświadczenia producenta czujników, o kompatybilności z technologią Oximax.

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (która sprowadza się do wyświetlania jego nazwy w wybranych modelach urządzeń), w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor Oximax dla pacjentów o przedziale wagowym zbieżnym z opisany w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 3:

Pakiet 21

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4:

Pakiet 21

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało o wymiarach 195X100cm

Odpowiedź:

Pytanie nr 5: Zgodnie z SWZ

Pakiet 21

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie koca pod pacjenta o wymiarach 217X91cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6:

Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym i możliwości zaoferowania 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7:

PAKIET NR 28

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pakowania ostrzy 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź: Tak, dopuści, pod warunkiem kompatybilności ostrzy ze strzygarkami typu 3M Surgical Clipper 9661, posiadanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

PAKIET NR 28

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie strzygarki kompatybilnych z ostrzami zaproponowanymi w poz. 1 o poniższych parametrach:

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyszakresową, obrotową głowicę (kąt 00, kąt 450 w lewo, kąt 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho.
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut, ładowarka kontaktowa
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizujący stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion, 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)
- Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 158x46.5x40.5mm (długość. x szerokość. x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wiercińska-Zak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a

