



Poznań, dnia 05.11.2025 r.

SR/XV-270-23(18)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu SR/XV-270-23-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 18

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1:

pakiet 2, poz.1

czy zamawiający dopuści maskę medyczną; wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m² + 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5 cm x 9,5 cm. Długość troków około 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie ok.10,5 cm. Zgodna z normą 14683 lub równoważną typ II-poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Kolor zielony lub niebieski lub różowy lub biały?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 2:

Pakiet 2, poz.2

czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, o parametrach:

- lamówka o szerokości około 8 mm,
- lamówka przechodząca z tyłu w troki o długości około 30 -33 cm (+/-2 cm)
- o gramaturze 25 g/m², wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej, niewiskozowa
- czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm)
- w tylnej części rozcięcie
- kolor zielony lub niebieski,
- pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 3:

Pakiet 2, poz.3



czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min.16 g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok 53 cm. pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania, niebieski lub zielony?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 4:

Pakiet 2, poz. 4

czy zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką lub wiązany na troki. posiadający warstwę pochłaniającą pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm, gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m²; wykonana z włókniny typu SPUNLACE, czepek w całości z włókniny polipropylenowej 25g/m². Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. W kolorze niebieskim; opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 5:

pakiet 20, poz.1

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości lub wycenę za 1 szt. do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Pakiet 20 poz. 4

czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 odcinek stazy o dł. ok. 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7:

pakiet 20, poz.9-10,11


czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości lub wycenę za 1 szt. do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

Pakiet 23, poz.1

czy zamawiający dopuści włókninowy fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi,



przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m². Rozmiar L, XL lub uniwersalny, kolor zielony lub niebieski. (op.10 szt lub w przeliczeniu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9:

Pakiet 23, poz.2

czy zamawiający dopuści fartuch foliowy; wykonany z polietylenu o grubości min. 16 mikronów; w kolorze mlecznym; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, szerokość min. 69 cm, długość min. 107 cm. Pakowany w opakowanie zbiorcze foliowe, z dyspenserem i możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10:

Pakiet 27

czy zamawiający dopuści opaski o wymiarze: długość 172 mm, długość części regulacyjnej 9 cm, 14 zakresów regulacji; opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pole opisu 1,4 cm x 5,3 cm, w części opisowej szerokość opaski 1,9 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,3(+/-1 mm)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://e-zamowienia.gov.pl/>
2/ <https://szpital-raszei.poznan.pl/>
3/ a/a

