



Poznań, dnia 05.11.2025 r.

SR/XV-270-23(23)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 23

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maseczki na troki tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne kolory, nie tylko niebieski.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maseczki trzy warstwy włókniny 25 g/m 2+ 25g/m2+ 25g/m2.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie furażerki zgodnej z opisem

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie beretu tylko w kolorze niebieskim..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne kolory, nie tylko niebieski.



Pytanie nr 5:

Pakiet nr 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie furażerki zgodnej z opisem

CZEPEK FURAŻERKA NA GUMKĘ

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://fraszka.poznan.pl/>
3/ a/a