

Poznań, dnia 08.10.2025 r.

SR/XV-270-23(3)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-23-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pakiecie nr 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 wzierników usznych jednorazowego użytku, średnica 2.5 mm ?

Odpowiedź:

Dla pozycji nr 1 (4,0 mm) Zamawiający nie dopuszcza wżerników o średnicy 2,5 mm

Dla pozycji nr 2 (2,0 mm) Zamawiający dopuszcza wzierniki o średnicy 2,5 mm

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

lek. med. dr. hab. n. med. nauk lek. Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszejka.poznan.pl/>

3/ a/a