

Poznań, dnia 05.11.2025 r.

SR/XV-270-26(10)-AG/25

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu – część II.

SR/XV-270-26-AG/25

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 10

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

### ZESTAW PYTAŃ 1:

#### Pytanie nr 1:

##### **PAKIET 35**

##### **Pozycja 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 500 zamiast 520 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 2:

##### **PAKIET 35**

##### **Pozycja 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 1000 zamiast 1200 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.


#### Pytanie nr 3:

##### **PAKIET 35**

##### **Pozycja 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 5000 zamiast 5600 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.



---

**Pytanie nr 4:**

**PAKIET 35**

**Pozycja 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 10 000 zamiast 10 600 ml ?. Zamawiający określił pojemność pojemnika charakterystyczną tylko dla jednego wytwórcy tj. firmy Elektro Med

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
*lek. med. Elżbieta Wyrzyńska-Zak*

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>  
2/ <https://raszei.poznan.pl/>  
3/ a/a