



Poznań, dnia 03.10.2025 r.

SR/XV-270-24(2)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-24-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** (w pozycjach 1 - 4) dopuści zestaw marki **Portex** (stosowany przez Zamawiającego) do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglii, o składzie:

- skalpel nr 15
- strzykawki 5 ml i 10 ml
- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G); pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
- skalowana igła wprowadzająca (5 cm) (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z przewodnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
- krótkie rozszerzadło 14F
- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca”, w wygodnym ergonomicznym uchwycie (całość wyprofilowana na kształt litery „S”), z hydrofilną warstwą poślizgową, ze wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia
- kleszczyki hemostatyczne (zakrzywione) z nierdzewnej stali
- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankieta, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty, elastyczny kołnierz dopasowujący się do szyi pacjenta, integralny łącznik 15 mm do układu oddechowego, rurka widoczna w Rtg, łącznik do sterowania siłą ssania, bez zawartości DEHP;
- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera, z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem
- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki (do opcjonalnego użytku), szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę, bawełniane gaziki (10 szt.); klin do rozłączenia układu
- jałowy żel poślizgowy 5 g (2 szt.), serweta (niebieska)

Rozmiary rurki tracheostomijnej:

- 7,0 mm; długość 70 mm – dla pozycji 1 pakietu
- 8,0 mm; długość 75,5 mm – dla pozycji 2
- 9,0 mm; długość 81 mm – dla pozycji 3 i 4 pakietu

W zestawie: instrukcja użycia i etykieta do wpisania danych dotyczących pacjenta i zabiegu.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (wszystkie elementy wraz z rurką).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** oczekuje, aby etykieta na opakowaniu produktów zawierała określenie przeznaczenia zestawu (w języku polskim).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** (w pozycji 5) dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu marki **Portex**

o poniższej charakterystyce:

- rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo, z miękkim końcem
- elastyczny, przezroczysty kołnierz dopasowujący się do szyi pacjenta, z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, średnicy zewnętrznej, nazwy producenta, marki oraz serii
- samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka, integralny łącznik o średnicy 15 mm
- rurka widoczna w całości w RTG
- w zestawie: 2 wymienne kaniule wewnętrzne (do opcjonalnego użytku), opaska do rurki, szczoteczka do czyszczenia kaniul
- bez zawartości lateksu oraz DEHP, do użytku do 29 dni
- rurka sterylna, jednorazowego użytku
- znakowanie kolorystyczne rozmiaru rurki na kołnierzu oraz opakowaniu

Rozmiary: od 6,0 mm do 10,0 mm (co 1,0 mm) oraz 7,5 mm i 8,5 mm.

Wymiary jak niżej:

średnica wewnętrzna (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	długość (mm)
6	9,2	64,5
7	10,5	70
7,5	11,3	73
8	11,9	75,5
8,5	12,6	78
9	13,3	81
10	14	87,5

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu

mgr Piotr Konieczko

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777