



Poznań, dnia 13.10.2025 r.

SR/XV-270-23(8)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-23-EFK/25

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy: PAKIET NR 5 poz. nr 1:

Było:

poz. nr 1

1	Czujnik do pomiaru saturacji: Jednopacjentowy, sterylny czujnik do pomiaru saturacji w technologii <u>Nellcor</u> Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, o dokładności Losat umożliwiającej prowadzenie pacjentów w najniższych zakresach saturacji z wbudowanym układem pamięci cyfrowej, kompatybilny z urządzeniami oksymetrycznymi Nellcor (posiadanymi przez Zamawiającego) dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg. Wymagana prawidłowa identyfikacja nazwy handlowej czujnika przez monitory Oximax, oraz oświadczenie/certyfikat oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzający kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax.	szt.	1200								1 szt.
---	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Jest:

poz. nr 1

1	Czujnik do pomiaru saturacji: Jednopacjentowy, sterylny czujnik do pomiaru saturacji w technologii <u>Nellcor</u> Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, o dokładności Losat umożliwiającej prowadzenie pacjentów w najniższych zakresach saturacji z wbudowanym układem pamięci cyfrowej, kompatybilny z urządzeniami oksymetrycznymi Nellcor (posiadanymi przez Zamawiającego) dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg. Wymagana prawidłowa identyfikacja nazwy handlowej czujnika przez monitory Oximax.	szt.	1200								1 szt.
---	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--------



2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy: PAKIET NR 5 poz. nr 2:

Było:

poz. nr 2

2	Czujnik dla wcześniaków: Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg. Zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. Wymagane oświadczenia/certyfikat oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzające kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax.	szt.	10								nie
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Jest:

poz. nr 2

2	Czujnik dla wcześniaków: Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg. Zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.	szt.	10								nie
---	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--	-----

3. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy: PAKIET NR 5:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 dodając do treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie pakietu nr 5 poniżej zdefiniowane zapisy.

Zamawiający dopuszcza: czujnik wyprodukowany w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterk do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużający żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączy.

Zamawiający dopuszcza czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej (zgodnej z technologią m.in. Nellcor/Oximax), o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, które opisuje SWZ



Poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie Pakietu nr 5
Zamawiający publikuje w załączeniu do niniejszego dokumentu.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr Piotr Konieczka

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a



Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy											
POPRAWIONY Pakiet nr 5											
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta	Numer REF	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	Stawka VAT %	Wartość całkowita netto PLN	Wartość całkowita brutto PLN	Problemy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czujnik do pomiaru saturacji: Jednopacjentowy, sterylny czujnik do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, o dokładności Losat umożliwiającej prowadzenie pacjentów w najniższych zakresach saturacji z wbudowanym układem pamięci cyfrowej, kompatybilny z urządzeniami oksymetrycznymi Nellcor (posiadany przez Zamawiającego) dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg. Wymagana prawidłowa identyfikacja nazwy handlowej czujnika przez monitor Oximax.	szt.	1200								1 szt.
2	Czujnik dla wcześniaków: Jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, bezkietowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg. Zapinany za pomocą 2 pasek (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę - sensor w technologii Oximax, kalibrowany cyfrowo, czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax).	szt.	10								nie
3	Czujnik opaska: SpO2, opaska silikonowa dla noworodków, kompatybilna z kardiomonitorem Philips (posiadany przez Zamawiającego).	szt.	4								nie
SUMA											
wartość zamówienia podstawowego											
wartość prawa opcji 20% zmniejszającego zamówienie podstawowe											
całkowita wartość (zamówienie podstawowe - zamówienie prawo opcji 20% zmniejszające zamówienie podstawowe)											
wartość prawa opcji 20% zwiększającego zamówienie podstawowe											
całkowita wartość (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji 20% zwiększające zamówienie podstawowe)											

Zamawiający dopuszcza: czujnik wyprodukowany w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużający żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek.

Zamawiający dopuszcza czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej [zgodnej z technologią m.in. Nellcor/Oximax], o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, które opisuje SWZ

