



Poznań, dnia 08.12.2025 r.

SR/XV-270-35(2)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę wózków transportowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-35-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej 778 mm (± 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej 2143 mm (± 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o wymiarach 1900x650 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokości regulowanej nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 mm – 920 mm (± 10 mm dla obu wartości), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy (w pkt. 8, 9 i 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowanej za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka: $0^{\circ} - 20^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże 4-segmentowe, z czego trzy segmenty ruchome?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pod leżem stalową lakierowaną proszkowo listwę o długości 725 mm wyposażoną w 4 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka)?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w listwy opisane w pkt. 14?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w szczytach stalowe, lakierowane proszkowo, składane uchwyty do prowadzenia wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



10. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-90° ($\pm 5^\circ$) - regulacja płynna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne o długości 1380 mm (± 10 mm) i wysokości 310 mm (± 10 mm) powyżej leża (barierki składające się z poprzeczki górnej i pięciu poprzeczek pionowych)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej proszkowo, bez listwy odbojowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak kroplówki z możliwością zamocowania w czterech narożnikach leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

15. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca składający się z pianki poliuretanowej w pokrowcu wykonanym z poliestru oraz ognioodpornego poliuretanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym osłonę podwozia można w łatwy sposób unieść bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr Piotr Kondezka