



Poznań, dnia 12.12.2025 r.

SR/XV-270-30(1)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę jednorazowego, wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych i zmniejszania żołądka do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-30-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 2

1. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, kleszczyków biopsyjnych o średnicy łożeczki 2,2mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

2. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 31**, w miejsce pierwotnych parametrów, pętli do polipektomii w rozmiarach: 1.5-3cm mini owal, 2.5x5.5 cm standardowy owal, 1.5-2.5 cm mini heksagonalna, 3x4.5 cm heksagonalna. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

3. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 34**, w miejsce pierwotnych parametrów, endoskopowych igieł biopsyjnych histologicznych do ultrasonografii endoskopowej zmian podśluzówkowych i zewnątrzśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas wewnątrztrzewnowych w obrębie lub sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Giętka koszulka wykonana ze spiralnej sprężyny ze stali nierdzewnej, powlekanej PTFE, igła wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego typu Franseen, mandryn z pamięcią kształtu. W zestawie strzykawka próżniowa 10 ml. Rozmiar igły 22 Ga., długość przedłużenia igły 0-8 cm. Sterylna, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

4. Czy **w pakiecie 2 w pozycji 36** Zamawiający oczekuje 10 opakowań po 10 sztuk klipsownic w każdym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 opakowań po 10 sztuk.

5. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 38**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do ekstrakcji złożeń z koszem w rozmiarze: 1.5x3.5, 2x4, 3x6cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.



6. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 39**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do ekstrakcji złogów, ośmiodrutowych z koszem w rozmiarze: 2x4, 3x6 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

7. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 42**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów dostępu przezskórnego z koszulką w rozmiarze 4/7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

8. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 2 w pozycji 49**, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników hydrofilnych z miękką, zagiętą końcówką, długość temperowanego rdzenia 10.5cm, średnica 0,035, długość przewodnika 80 lub 145cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrześnińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszeja.poznan.pl/>

3/ a/a