



REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:
SR/XV-270-33-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

.....
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY**

L.p. I	Parametry II	Parametr wymagany (graniczny) III	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV	Zakres punktacji V
A. Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy – 10 szt.				
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa sprzętu	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
II. PARAMETRY OGÓLNE				
5.	Materac do prewencji odleżyn wszystkich stopni, kładziony na ramę leża bez dodatkowych podkładek	Tak		Bez punktacji
6.	Materac przeciwodleżynowy wyposażony w pompę z możliwością pracy w co najmniej 3 trybach.	Tak		Bez punktacji
7.	Wymiary materaca: Max. długość materaca 1915 mm Max. szerokość: 860 mm Max. wysokość: 200 mm	Tak		Bez punktacji
8.	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną nie mniej niż 200kg	Tak		Bez punktacji
9.	Materac składający się z min. 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: - 3 komór statycznych w sekcji głowy - 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych	Tak		Bez punktacji
10.	Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2	Tak		Bez punktacji



REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

	kierunkach			
11.	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny	Tak		Bez punktacji
12.	Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca	Tak		Bez punktacji
13.	Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5	Tak		Bez punktacji
14.	Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C	Tak		Bez punktacji
15.	Dolny pokrowiec wyposażony 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka	Tak		Bez punktacji
16.	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy	Tak		Bez punktacji
17.	Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniem przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym			
18.	Konstrukcja materaca umożliwiająca prace w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy	Tak		Bez punktacji
19.	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - statyczny - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych	Tak		Bez punktacji
20.	Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min	Tak		Bez punktacji
21.	Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po 30 minutach. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia	Tak		Bez punktacji
22.	Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji	Tak		Bez punktacji
23.	Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu	Tak		Bez punktacji
24.	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy	Tak		Bez punktacji
25.	Wymiary pompy: Max. 280mm x 205mm x 115 mm	Tak		Bez punktacji
26.	Masa pompy max. 2,5kg	Tak		Bez punktacji
27.	Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające	Tak		Bez punktacji



REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

	powieszenie jej na ramie łóżka			
28.	Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21	Tak		Bez punktacji
29.	Okres gwarancji min. 24 m-ce	Tak – podać		Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII
30.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem	Tak		Bez punktacji
31.	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych	Tak		Bez punktacji
32.	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok	Tak		Bez punktacji
33.	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu	Tak		Bez punktacji
34.	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki	Tak		Bez punktacji
35.	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii / wady	Tak		Bez punktacji
36.	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady awarii jeśli nie uda się przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia	Tak		Bez punktacji
37.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD	Tak		Bez punktacji
38.	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia	Tak		Bez punktacji
39.	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego	Tak		Bez punktacji
40.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak		Bez punktacji

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.



REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji.

Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwdleżynowy

Lp.	Przedmiot zamówienia	ilość	VAT %	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość oferty netto	Wartość oferty brutto
1.	Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwdleżynowy	10 szt.					
Łącznie:							