



Poznań, dnia 03.03.2026 r.

SR/XV-270-7(11)-AG/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów szewnych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-7-AG/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 11

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

1. Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:
 - Poz. nr 1-3: igła okrągłe 5/8 koła 26-27 mm

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wyżej wskazanego asortymentu z uwzględnieniem wskazanych parametrów.

Pytanie nr 2

2. Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:
 - Poz. nr 1-11: szew wykonany z homopolimeru poli-p-dioksanonu wchłaniający się w terminie 180-220 dni

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wyżej wskazanego asortymentu z uwzględnieniem wskazanych parametrów.

Pytanie nr 3

3. Czy w pakiecie nr 12 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:
 - Poz. nr 1: siatka przepuklinowa o wymiarach 7,5-8 x15 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszejapoznan.pl/>
3/ a/a

Z poważaniem
DOKTOR
Szpital Miejski
im. Franciszka Raszei
Kł. med. Elżbieta Wrocińska-Zak