



SR/XV-270-7(5)-AG/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów szewnych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-7-AG/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 15 lp. 1:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zaślonową. Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2


2. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 15 lp. 1:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zaślonową. Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego



chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 15 lp. 2:

System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (cystocele i wypadanie pochwy) z dostępu przezpochwowego.

W zestawie:

1. Ultralekka siatka sześcioramienna

- Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa)
- Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych
- Wielkość porów: 3mm, gramatura: 24 g/m²
- Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki
- 100% biokompatybilna, niewchłaniałna
- Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiają korektę wielkości

2. Akcesoria jednorazowego użytku (zestaw 6 adapterów i 6 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki

Do implantacji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr Piotr Kaniłowski

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a